

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 22-08-2016
Αρ. Πρωτ.: 331/22-08-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:

«Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου IN LIFE»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (6^ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης για την ανάθεση της προμήθειας:

«Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου IN LIFE»

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το αντικείμενο αυτό.

Η προσφορά πρέπει να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης και η συνολική δαπάνη της, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (4.900,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι: το ποσό των τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (3.100,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το Είδος Α και το ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το Είδος Β.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για το σύνολο κάθε Είδους, όπως προσδιορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την:

«Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου IN LIFE»

Είδος Α ή Είδος Β

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το Είδος Α, είτε για το Είδος Β, είτε για το σύνολο της προμήθειας.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τη **Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 και ώρα 14:00** στην ακόλουθη διεύθυνση:

*Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INEB)
6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης
57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Υπόψη κας Φωτεινής Κοπάνη*

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- Η Διάρκεια εγγύησης, η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- Η Διαθεσιμότητα, ο Χρόνος Παράδοσης.

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την εξόφλησή του.

Επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ και κατά την πληρωμή της σύμβασης παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τον Ν. 4013/2011.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Κιλίντζη (τηλ: 2310999332, e-mail: billyk@certh.gr) ή την κ. Καραβιδοπούλου (youla@certh.gr).

Για το ΕΚΕΤΑ/INEB

Κώστας Σταματόπουλος
Διευθυντής INEB

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<u>Είδος Α:</u>	Wearable biosensors (Xiaomi Miband 1S ή ισοδύναμο)
<u>Προϋπολογισμός:</u>	3.100,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
<u>Ποσότητα:</u>	Εκατόν είκοσι πέντε (125) τεμάχια

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές:

- **Τύπος:** Βραχιόλι
- **Χαρακτηριστικά:**
 - Βάρος:** Μέχρι 10γρμ
 - Αδιάβροχο:** Τουλάχιστον IP67
 - Διάρκεια μπαταρίας:** Τουλάχιστον 2ημέρες
- **Μετρήσεις:**
 - Καρδιακός ρυθμός με ρυθμό δειγματοληψίας τουλάχιστον 2 μέτρησεις το λεπτό
 - Βήματα
- **Συνδεσιμότητα:** Bluetooth Low Energy
- **Λογισμικό:** Όλες οι παραπάνω μετρήσεις να είναι διαθέσιμες για λήψη από την συσκευή ασύρματα μέσω BLE.

<u>Είδος Β:</u>	Παλμικά οξύμετρα με Bluetooth (Medisana PM 150 ή ισοδύναμο)
<u>Προϋπολογισμός:</u>	1.800 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
<u>Ποσότητα:</u>	Είκοσι πέντε (25) τεμάχια

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές:

- **Τύπος:** Ασύρματο οξύμετρο δακτύλου
- **Χαρακτηριστικά:**
 - Βάρος:** Μέχρι 60γρμ
 - Πιστοποίηση:** Πιστοποιημένη ιατρική συσκευή (Medical Device Directive ή αντίστοιχη πιστοποίηση)
- **Μετρήσεις:**
 - Καρδιακός ρυθμός με ρυθμό δειγματοληψίας τουλάχιστον 2 μέτρησεις το λεπτό
 - Κορεσμού οξυγόνου στο αίμα (SpO2%)
- **Συνδεσιμότητα:** Bluetooth Low Energy
- **Λογισμικό:** Όλες οι παραπάνω μετρήσεις να είναι διαθέσιμες για λήψη από την συσκευή ασύρματα μέσω BLE.