

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 12/10/2011

Αριθμ. Πρωτ.: 13967

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για τη Διακήρυξη με τίτλο «Προμήθεια εργαστηριακού και Λοιπού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου AgriGenoTrans – Agri-genomics Transfer and Dissemination between Greece & Bulgaria» (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 29/30-09-2011)

Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό, με τίτλο «Προμήθεια εργαστηριακού και Λοιπού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου AgriGenoTrans – Agri-genomics Transfer and Dissemination between Greece & Bulgaria» (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 29/30-09-2011), σας παραθέτουμε τα ακόλουθα :

Ερωτήματα

1. Είδος 1: Θερμικός Κυκλοποιητής, ενώ ζητείται να συνοδεύεται από κεφαλή 96 θέσεων, στο σημείο 9 αναφέρεται να έχει δυνατότητα εκτέλεσης διαφορετικών πρωτοκόλλων ταυτόχρονα! Ζητάτε να έχει δυνατότητα να δεχτεί προαιρετικά πολλαπλή κεφαλή ή να συνοδεύεται από πολλαπλή κεφαλή; Ή κάτι άλλο;
2. Είδος 2: ΣΕΤ συσκευών ηλεκτροφόρησης, Η ηλεκτροφόρηση **-1τεμάχιο!** ζητάτε να διαθέτει 3 δίσκους για gel τριών διαφορετικών μεγεθών, και μάλιστα με διαστάσεις 9x11, 12x14 και 23x14 ΠχΜ. Παρακαλώ να ελέγξετε τις διαστάσεις, μήπως πρόκειται για λάθος εκ περιτροπής, καθώς μία υποβρύχια οριζόντια ηλεκτροφόρηση μπορεί να δεχτεί δίσκους διαφορετικών μεγεθών αλλά σε αυτήν την περίπτωση παραμένει σταθερό το πλάτος και αλλάζει μόνο το μήκος!

Απαντήσεις

1. Θερμικός Κυκλοποιητής
Επειδή πολύ συχνά με τις κεφαλές 96 θέσεων τρέχουμε περισσότερες αντιδράσεις ταυτόχρονα, ακολουθώντας διαφορετικό πρωτόκολλο για διαφορετικές ομάδες τους, ζητούμε να έχει ο κυκλοποιητής τη δυνατότητα εκτέλεσης πολλών διαφορετικών πρωτοκόλλων ταυτόχρονα.
2. Αναφερόμαστε σε ΣΕΤ τριών συσκευών ηλεκτροφόρησης όπως φαίνεται στις ζητούμενες διαστάσεις για τις διαφορετικές ανάγκες των αναλύσεων.

Για την Επιτροπή Διαγωνισμού

Αθανάσιος Τσαυτάρης