

**ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ)**

6^ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα. Φωτεινή Κοπάνη (ως προς το ΕΚΕΤΑ/ΙΝ.Ε.Β., Τμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ)

ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦ: +30 2310 498272

e-mail: kopani@certh.gr

Αρ. Πρωτ.: 060234

Θεσσαλονίκη, 17 Απριλίου 2025

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί του Τμήματος Ε (Προμήθεια εξοπλισμού βαθιάς κατάψυξης) της διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 659/2025 (ΑΔΑΜ 25PROC016593732) του ΕΚΕΤΑ /ΙΝΕΒ-ΙΠΤΗΛ για τον Ανοικτό Διαγωνισμό (Ηλεκτρονικό, άνω των ορίων) με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο των έργων “DIA.042062-02: Sus.Agri.Food / ΙΠΤΗΛ και DIA.042062-04: Sus.Agri.Food /ΙΝΕΒ”» με συνολική εκτιμώμενη αξία εκατόν πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ (150.806,00 €) χωρίς ΦΠΑ 24%, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 370531 για το Τμήμα Ε και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 9^η.05.2025 και ώρα 13:00.

Κατόπιν υποβολής του με ημερομηνία 16.04.2025 ερωτήματος ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για παροχή διευκρινίσεων επί του Τμήματος Ε της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, **διευκρινίζεται το εξής σημείο επί των τευχών του διαγωνισμού ως προς το Τμήμα Ε, ως κάτωθι περιγράφεται:**

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Παρακαλώ προσδιορίστε αν για την προδιαγραφή που αναφέρεται στο χρόνο επαναφοράς της θερμοκρασίας στους -75 βαθμούς Κελσίου ισχύει η μέγιστη τιμή των 15 λεπτών που αναφέρεται στον Πίνακα Συμμόρφωσης (σελ 104) ή των 22 λεπτών που αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (σελ.100).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Για την τεχνική προδιαγραφή με α/α 1.21 του Πίνακα συμμόρφωσης για το εν λόγω Τμήμα που αναφέρεται στο χρόνο επαναφοράς της θερμοκρασίας στους -75 βαθμούς Κελσίου διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής αποτυπώθηκε ο εκεί αναφερόμενος χρόνος στο οικείο πεδίο του Πίνακα συμμόρφωσης και ισχύει η μέγιστη τιμή των 22 λεπτών για επαναφορά της θερμοκρασίας στους -75 βαθμούς Κελσίου όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αριθμ. 659/2025 διακήρυξης του ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ-ΙΠΤΗΛ και η παρούσα διευκρίνιση συνιστά αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ-ΙΠΤΗΛ

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας
Διευθυντής Κ.Δ. και Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ