

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης

Τ.Θ. 60361 – 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: κ. Γ. Καραγιαννάκης

Τηλ: 2310 498198

Fax: 2310 498190

e-mail: gkarag@cperi.certh.gr

κα. Χ. Παγκούρα

Τηλ. 2310498424

Fax. 2310498190

E-mail: pagoura@cperi.certh.gr

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 11-09-2017

Αριθμ. Πρωτ. 34787/11-09-2017

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: «*Προμήθεια διάταξης εργαστηριακού κλιβάνου υψηλής θερμοκρασίας και ταχείας θέρμανσης/ψύξης στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου "PEGASUS - Renewable Power Generation by Solar Particle Receiver Driven Sulphur Storage Cycle"*» και Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 323/30-08-2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ερώτημα

1. Σε σχέση με τον παραπάνω διαγωνισμό όλοι οι οίκοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε ζητούν να μάθουν αν ενδιαφέρεστε για:

- σωληνωτής μορφής φούρνο (δίνοντας επιθυμητό μήκος και διάμετρο του σωλήνα)

ή

- κλασικό φούρνο μορφής ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου (δίνοντας επιθυμητές ωφέλιμες διαστάσεις του (Πλάτος Χ Βάθος Χ Ύψος)

Παρακαλούμε για άμεση απάντησή σας λόγω του περιορισμένου χρόνου μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς μας.

Απάντηση

1. Επί της αρχής, δεν υπάρχει κάποια προτίμηση ως προς τη μορφή/γενικό σχήμα του φούρνου. Αυτό βεβαίως με την προϋπόθεση ότι α) ο προσφερόμενος φούρνος μπορεί να δεχθεί δείγματα σχήματος και (ενδεικτικού) μεγέθους όπως αυτά αναφέρονται στις προδιαγραφές και β) το σύστημα καλύπτει όλες τις υπόλοιπες απαιτήσεις όπως αυτές αναφέρονται στην προκήρυξη (συμπεριλαμβανομένου και του αποτυπώματός του).

Επιπλέον σας αναφέρω πως το επιθυμητό μέγιστο βάρος ανά m^2 δεν υπερβαίνει τα 200 kg και το επιθυμητό ύψος είναι $< 2.5\text{ m}$ ή $< 1.4\text{ m}$ για την περίπτωση που το σύστημα τοποθετείται σε εργαστηριακό πάγκο. Στην περίπτωση που το σύστημα δεν συναρμολογείται από τον ανάδοχο στο χώρο μας αλλά παραδίδεται έτοιμο προς χρήση, θα πρέπει να χωράει να περάσει από πόρτα οι ελάχιστες διαστάσεις της οποίας θα είναι 770 mm x 2000 mm περίπου, δίχως να τίθεται οποιοσδήποτε κίνδυνος για την ασφάλεια του συστήματος και του χώρου μας. Το ίδιο ισχύει και για τα πιθανά εξαρτήματα/επιμέρους υποσυστήματα, για την περίπτωση συναρμολόγησης στο χώρο μας.

Από την επιτροπή του Διαγωνισμού,

Γεώργιος Καραγιαννάκης, πρόεδρος