

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου :

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Η συνολική δαπάνη του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **τέσσερις χιλιάδες εκατό ευρώ (4.100,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο του έργου, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025 και ώρα 12:30 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pitsiava@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΙΔΕΠ Πτολεμαΐδα: 4ο χλμ Πτολεμαΐδας - Μποδοσάκειου Νοσοκομείου, 50200 Πτολεμαΐδα
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Πιτσιάβα Χρυσούλα, τηλ. 2463055300

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο υποψήφιος/προσφέρων κατά την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και παρ. 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του

Ν. 4412/2016 αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.)

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹

β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο,

γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,

ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος

β) Κράτηση 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και με το ν. 4912/2022).

Ως προς την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου ισχύουν τα οριζόμενα στο με αριθμ. πρωτ. 6167/18.06.2024 έγγραφο (ΑΔΑ : ΨΔΞ1ΟΞΤΒ-ΙΔΣ) του Τμήματος Μελετών της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Διατάξεις σχετικές με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς» και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που μνημονεύεται σε αυτό και συνεπώς οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνήσουν σχετικά.

Σημειώνεται ότι οι Υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να φέρουν είτε ψηφιακή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους μέσω gov ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του υποψηφίου οικονομικού φορέα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς ή σε περίπτωση έντυπης κατάθεσης προσφοράς πρωτότυπη ιδιόχειρη υπογραφή.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Αμάραντος Παναγιώτης τηλ. +30 2463055300, email: amarantos@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

κ. Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ως Αναθέτουσα Αρχή για τις ανάγκες του έργου **Εκτέλεσης Παροχής Υπηρεσιών (PAR.055048)**, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών διακρίβωσης υφιστάμενου ερευνητικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

Γενική Περιγραφή: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

CPV: 50433000-9

Προϋπολογισμός: Τέσσερις χιλιάδες εκατό ευρώ (4.100,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών Τεχνολογιών Μετάβασης του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ ενδιαφέρεται να διακριβώσει τον υφιστάμενο εξοπλισμό που περιγράφεται στον ακόλουθο Πίνακα, στο πλαίσιο της λειτουργίας του κατά ISO 17025.

A. Πίνακας - Τεχνικές προδιαγραφές:

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα (σε τεμάχια)	Απαίτηση
1	Προχοϊδα AS χωρητικότητας 50 ml/0.1ml, αυτόματης πλήρωσης	1	Διακρίβωση στον ονομαστικό όγκο, στο 50% του ονομαστικού όγκου και στο 10% του ονομαστικού όγκου. Υπολογισμός τυχαίου, συστηματικού σφάλματος και αβεβαιότητας μέτρησης.
2	Σιφώνιο μέτρησης, κλάσης A, χωρητικότητας 5 ml/0.05ml	1	Διακρίβωση στον ονομαστικό όγκο, στο 50% του ονομαστικού όγκου και στο 10% του ονομαστικού όγκου. Ρύθμιση ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις ακρίβειας σύμφωνα με το ISO-8655:2022. Υπολογισμός τυχαίου, συστηματικού σφάλματος και αβεβαιότητας μέτρησης.
3	Σιφώνιο μέτρησης, κλάσης AS, χωρητικότητας 5 ml/0.05ml	1	
4	Σιφώνιο μέτρησης, κλάσης B, χωρητικότητας 10 ml/0.1ml	1	
5	Αυτόματο σιφώνιο (πιπέτα) χωρητικότητας 10 – 100 μl	1	Διακρίβωση στον ελάχιστο, στον μέγιστο όγκο και στο 50% του μέγιστου όγκου. Ρύθμιση ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις ακρίβειας σύμφωνα με το ISO-8655:2022. Υπολογισμός τυχαίου, συστηματικού σφάλματος και αβεβαιότητας μέτρησης.
6	Αυτόματο σιφώνιο (πιπέτα) χωρητικότητας 0,5 – 10 μl	1	
7	Αυτόματο σιφώνιο (πιπέτα) χωρητικότητας 100 – 1000 μl	2	
8	Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος χωρητικότητας 100 ml/1 ml	1	Διακρίβωση στον ονομαστικό όγκο, στο 50% του ονομαστικού όγκου και στο 10% του ονομαστικού όγκου. Υπολογισμός τυχαίου, συστηματικού σφάλματος και αβεβαιότητας μέτρησης.
9	Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος χωρητικότητας 50 ml/1 ml	1	Διακρίβωση στον ονομαστικό όγκο, στο 50% του ονομαστικού όγκου και στο 10% του ονομαστικού όγκου. Υπολογισμός τυχαίου, συστηματικού σφάλματος και αβεβαιότητας μέτρησης.
10	Γυάλινη ογκομετρική φιάλη, κλάσης A, χωρητικότητας 50 ml	5	Διακρίβωση στον ονομαστικό όγκο. Υπολογισμός τυχαίου, συστηματικού σφάλματος και αβεβαιότητας μέτρησης.

11	Πλαστικές φύσιγγες φυγοκέντρησης, χωρητικότητας 50 ml	8	Διακρίβωση στον ονομαστικό όγκο. Υπολογισμός τυχαίου, συστηματικού σφάλματος και αβεβαιότητας μέτρησης.
12	Πλαστική ογκομετρική φιάλη, κλάσης Α, χωρητικότητας 50 ml	5	Διακρίβωση στον ονομαστικό όγκο. Υπολογισμός τυχαίου, συστηματικού σφάλματος και αβεβαιότητας μέτρησης.
13	Γυάλινη ογκομετρική φιάλη, κλάσης Α, χωρητικότητας 1000 ml	1	Διακρίβωση στον ονομαστικό όγκο. Υπολογισμός τυχαίου, συστηματικού σφάλματος και αβεβαιότητας μέτρησης.
14	Μη αυτόματος ψηφιακός ζυγός – 120g/0.1mg	1	Έλεγχος επίδρασης έκκεντρης φόρτισης. Επαναληψιμότητα και απόκριση σε διαφορετικές φορτίσεις, εκκεντρότητα, έλεγχος ενδείξεων ζυγού, ολίσθηση λόγω θερμοκρασίας. <u>Υπολογισμός αβεβαιότητας κατά τη χρήση.</u>
15	Μη αυτόματος ψηφιακός ζυγός – 220g/0.1mg	1	
16	Αναλυτικός ζυγός – 120g/0.01mg & 220g/0.1mg	1	
17	Μη αυτόματος ψηφιακός ζυγός – 6kg/0.1g	1	
18	Μη αυτόματος ψηφιακός ζυγός – 12kg/0.1g	1	
19	Θερμοζυγός Πολλαπλών Θέσεων – ζυγός 0,1 mg	1	Έλεγχος επίδρασης έκκεντρης φόρτισης. Επαναληψιμότητα και απόκριση σε διαφορετικές φορτίσεις, εκκεντρότητα, έλεγχος ενδείξεων ζυγού, ολίσθηση λόγω θερμοκρασίας, αβεβαιότητα μέτρησης.
20	Θερμοζυγός Πολλαπλών Θέσεων	1	Διακρίβωση στους 105°C και 107°C σε ένα σημείο. Έλεγχος και διόρθωση ακρίβειας ενδείξεων, σταθερότητας θερμοκρασίας, υπολογισμός αβεβαιότητας. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να αφορά κάθε θερμοκρασία.</u>
21	Θερμοζυγός Πολλαπλών Θέσεων	1	Διακρίβωση στους 550°C, 750°C, 815°C, 900°C και 950°C σε ένα σημείο. Έλεγχος και διόρθωση ακρίβειας ενδείξεων, έλεγχος σταθερότητας θερμοκρασίας, υπολογισμός αβεβαιότητας. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να αφορά κάθε θερμοκρασία.</u>
22	Πυριαντήριο	1	Διακρίβωση στους 550°C, 815°C, 950°C και 1000°C σε ένα σημείο. Έλεγχος ακρίβειας ενδείξεων, σταθερότητας θερμοκρασίας, υπολογισμός αβεβαιότητας. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να αφορά κάθε θερμοκρασία.</u>
23	Πυριαντήριο	1	Διακρίβωση στους 140°C, 550°C, 815°C, 950°C και 1000°C σε ένα σημείο. Έλεγχος ακρίβειας ενδείξεων, σταθερότητας θερμοκρασίας, υπολογισμός αβεβαιότητας. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να αφορά κάθε θερμοκρασία.</u>
24	Κλίβανος ξήρανσης 65 l	1	Διακρίβωση στους 40°C, 105°C και 107°C με προφίλ θερμοκρασιών 9 σημείων. Έλεγχος ακρίβειας ενδείξεων, σταθερότητας, ομοιομορφίας θερμοκρασίας, αβεβαιότητας μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να αφορά κάθε θερμοκρασία.</u>

25	Κλίβανος ξήρανσης 720 l	1	Διακρίβωση στους 40°C, 105°C και 107°C με προφίλ θερμοκρασιών 9 σημείων. Έλεγχος ακρίβειας ενδείξεων, σταθερότητας, ομοιομορφίας θερμοκρασίας, αβεβαιότητας.
26	Πρότυπο Βάρος 20 g κλάσης E2	1	Υπολογισμός συμβατικής μάζας, αβεβαιότητας μέτρησης. Απόδοση κλάσης ακρίβειας κατά OIML R111-1:2004.
27	Πρότυπο Βάρος 200 g κλάσης E2	1	
28	Πρότυπο Βάρος 1 g κλάσης E2	1	
29	Πρότυπο Βάρος 5 kg κλάσης M1	1	
30	Πρότυπο Βάρος 1 kg κλάσης M1	1	
31	Πρότυπο Βάρος 50 g κλάσης E2	1	
32	Πρότυπο Βάρος 100 mg κλάσης E2	1	
33	Θερμοστοιχείο θερμιδομέτρου	1	Έλεγχος ακρίβειας ενδείξεων, διαφοράς θερμοκρασίας, αβεβαιότητας μέτρησης.
34	Κόσκινα 50μm, 63μm, 250μm, 400μm, 1mm, 1.6mm, 2.36mm, 3.15mm, 4mm, 12.5mm, 25mm, 31.5mm	12	Έλεγχος διαστάσεων της διαμέτρου του σύρματος και μεγέθους των οπών (μέση τιμή, μέγιστη, ελάχιστη και τυπική απόκλιση). Υπολογισμός αβεβαιοτήτων
35	Διάταξη προσδιορισμού συμπεριφοράς τήξης της τέφρας	1	Έλεγχος ακρίβειας ενδείξεων θερμοκρασίας 500°C – 1550°C, έλεγχος Διαφοράς Θερμοκρασίας, υπολογισμός Αβεβαιότητας.
36	Φωτόμετρο	1	Έλεγχος σταθερότητας ένδειξης, σταθερότητα γραμμής βάσης, φωτομετρική ορθότητα στην περιοχή του ορατού και στο μήκος κύματος XXnm, επαναληψιμότητα, αβεβαιότητα μέτρησης.
37	Ψηφιακό παχύμετρο, 0 – 150mm/0.01mm	1	Έλεγχος ακρίβειας ενδείξεων εξωτερικής, εσωτερικής μέτρησης και μέτρησης βάθους, υπολογισμός αβεβαιοτήτων.
38	Ιοντόμετρο – πεχάμετρο	1	Έλεγχος ακρίβειας & ολίσθησης mV, pH στο διάστημα pH 2 – pH 10, θερμοκρασίας και υπολογισμός αβεβαιοτήτων.
39	Γυάλινο θερμόμετρο αλκοόλης, -20°C – 110°C / 0.5°C, βύθισης 76mm	1	Έλεγχος ακρίβειας, τυχαίου και συστηματικού σφάλματος, στους 0°C, 50°C και 100°C, υπολογισμός αβεβαιοτήτων.
40	Πιπέτα οριζόμενου όγκου και αυτόματης πλήρωσης, 5ml/0.1ml	2	Έλεγχος ακρίβειας, τυχαίου και συστηματικού σφάλματος, στο 10%, 50% και 100% της ονομαστικής τιμής, υπολογισμός αβεβαιοτήτων. Ρύθμιση ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις ακρίβειας σύμφωνα με το ISO-8655:2022.

Ως προς το σύνολο του ως άνω εξοπλισμού, θα πρέπει το αντίστοιχα ζητούμενο πιστοποιητικό διακρίβωσης για κάθε ένα από τα ζητούμενα όργανα και για τα μεγέθη του ανωτέρω πίνακα, να φέρει λογότυπο που τεκμηριώνει ότι προέρχεται από οργανισμό διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ {Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ως ο Εθνικός

Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008} για διακριβώσεις ή από ισοδύναμους οργανισμούς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ και έχουν λάβει διαπίστευση από τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης του εκάστοτε κράτους μέλους σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008.

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία οφείλουν να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια επιλογής:

Β. Κριτήρια επιλογής

1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Ο υποψήφιος που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκεί δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για τις υπό ανάθεση υπηρεσίες.

Προς τεκμηρίωση της εν λόγω απαίτησης ο υποψήφιος προσκομίζει με το φάκελο της προσφοράς του πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Επιπρόσθετα οφείλει να προσκομίσει και εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο [taxisnet](https://www.taxisnet.gr).

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της εν λόγω απαίτησης γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

2. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι κατά ISO/IEC 17025 για τη διενέργεια διακριβώσεων από το ΕΣΥΔ ή από αντίστοιχο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους της ΕΕ και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσής τους όλα τα Μεγέθη/Αντικείμενα Διακρίβωσης που ζητούνται στον ανωτέρω πίνακα προδιαγραφών (Πίνακα 1) και για την Περιοχή Μέτρησης που ζητείται και προς τεκμηρίωση της απαίτησης οφείλουν να προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στην απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 2325/2023.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, οι οποίοι εδρεύουν και σε άλλα κράτη – μέλη, σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008 λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στην απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 2325/2023.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ 2325/2023 σε δίκη πιλότο: «*..Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίζουν, προς απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τα απαιτούμενα πρότυπα-συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιητικά εκδιδόμενα από φορείς*

διαπιστευμένους σύμφωνα με τον κανονισμό 765/2008 και όχι από φορείς εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες και διαπιστευμένους από οργανισμούς διαπίστευσης τρίτου κράτους, ανεξαρτήτως εάν οι τελευταίοι έχουν υπογράψει διεθνή σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης, στην οποία έχει συμβληθεί και ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης....».

Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Γ. Υποχρεώσεις Αναδόχου

- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τα ζητούμενα πιστοποιητικά για κάθε Μέγεθος/Αντικείμενο Διακρίβωσης σύμφωνα με την ως άνω απαίτηση σε περίπτωση αδυναμίας παροχής των, να αναφέρει ότι μπορεί να τα συνοδεύει από πιστοποιητικό πρότυπου αντικειμένου που θα διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα της διακρίβωσης.
- Τα παρεχόμενα πιστοποιητικά για κάθε Μέγεθος/Αντικείμενο Διακρίβωσης να περιλαμβάνουν όλες τις απαιτήσεις του ανωτέρω πίνακα τεχνικών προδιαγραφών.
- Όλα τα πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν από το φορέα διακρίβωσης να διασφαλίζουν ιχνηλασιμότητα στο Διεθνές Σύστημα Μετρήσεων.
- Οι διακριβώσεις των οργάνων θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στο 4οχλμ Πτολεμαΐδας-Μποδοσάκειου Νοσοκομείου στην Πτολεμαΐδα, παρουσία του Τεχνικού Υπεύθυνου. Ειδικότερα, στην περίπτωση διακρίβωσης εξοπλισμού εκτός εργαστηρίου, όπου αυτό απαιτείται (π.χ. πρότυπα βάρη, κόσκινα), θα προηγηθεί συνεννόηση με τον Τεχνικό Υπεύθυνο του εργαστηρίου Πτολεμαΐδας του ΙΔΕΠ/ΕΠΕΤΕΜ.
- Οι διακριβώσεις του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνουν εντός ενάμιση (1,5) μήνα από την ανάθεση της παρούσας και η αποστολή των πιστοποιητικών δεν πρέπει να υπερβεί τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των διακριβώσεων.

Γενικοί όροι:

- Ένας υποψήφιος θα υποβάλλει με την προσφορά του και τον ακόλουθο Πίνακα Συμμόρφωσης Προδιαγραφών Διακριβώσεων, όπου για κάθε ζητούμενο Αντικείμενο Διακρίβωσης οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώνουν «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» αναλόγως εάν το εργαστήριό τους είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, από άλλο ισοδύναμο του ΕΣΥΔ εθνικό φορέα διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους και εάν καλύπτονται οι απαιτήσεις του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών διακριβώσεων. Ειδικότερα, θα θεωρείται ότι καλύπτονται οι προδιαγραφές διακρίβωσης του κάθε αντικειμένου του Πίνακα Συμμόρφωσης Προδιαγραφών Διακριβώσεων εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν «ΝΑΙ» στη στήλη κάλυψης των απαιτήσεων προδιαγραφών και είτε στη στήλη διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ είτε στη στήλη διαπίστευσης από άλλο ισοδύναμο του ΕΣΥΔ εθνικό φορέα διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους σε περίπτωση διαπίστευσης του αντικειμένου από αυτόν ισχύουν τα οριζόμενα στον Κανονισμό 765/2008 και στην απόφαση του ΣτΕ 2325/2023 και οι

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν το αντίστοιχο ΕΠΕΔ – σε περίπτωση μη υποβολής του ΕΠΕΔ, η προσφορά του ενδιαφερόμενου τυγχάνει απορριπτέα.

- Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παροχή των περιγραφόμενων υπηρεσιών διακρίβωσης στο σύνολο του εξοπλισμού και την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ).
- Θα απορρίπτεται προσφορά υποψηφίου που δηλώνει στον Πίνακα Συμμόρφωσης Προδιαγραφών Διακριβώσεων ότι διαθέτει διαπίστευση σε συγκεκριμένο αντικείμενο του Πίνακα και δεν τεκμηριώνεται αυτό από το ΕΠΕΔ του.
- Σημειώνεται ότι οι Υπεύθυνοι δηλώσεις μπορούν να φέρουν είτε ψηφιακή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους μέσω gov ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του υποψηφίου οικονομικού φορέα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς ή σε περίπτωση έντυπης κατάθεσης προσφοράς πρωτότυπη ιδιόχειρη υπογραφή.
- Ως προς την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου ισχύουν τα οριζόμενα στο με αριθμ. πρωτ. 6167/18.06.2024 έγγραφο (ΑΔΑ : ΨΔΞ1ΟΞΤΒ-ΙΔΣ) του Τμήματος Μελετών της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Διατάξεις σχετικές με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς» και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που μνημονεύεται σε αυτό και συνεπώς οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνήσουν σχετικά.
- Ο χ ρ ό ν ο ς ι σ χ ύ ο ς π ρ ο σ φ ο ρ ά ς π ρ έ π ε ι ν α κ α λ ύ π τ ε ι τ η σ υ ν ο λ ι κ ή δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς πα ρ ο ύ σ α ς.

Απαιτούμενα στοιχεία έγκυρης προσφοράς:

Οι προσφορές των υποψηφίων επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία κατ' ελάχιστο :

- Αναλυτική τεχνική περιγραφή για την τεκμηρίωση των τεχνικών προδιαγραφών των ζητούμενων υπηρεσιών κατά τα ανωτέρω
- Περιγραφή για το χρόνο και τρόπο υλοποίησης της παρούσας Πρόσκλησης
- Χρόνο ισχύος προσφοράς
- Τον Πίνακα Συμμόρφωσης Προδιαγραφών Διακριβώσεων κατάλληλα και πλήρως συμπληρωμένο κατά τα ανωτέρω
- Τιμή Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή συνολική συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το σύνολο των υπηρεσιών της παρούσας Πρόσκλησης
- Τα πρόσφορα αποδεικτικά έγγραφα προς τεκμηρίωση των κριτηρίων επιλογής κατά τα ανωτέρω

Συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα με ΝΑΙ ή ΟΧΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ

a/a	Διακρίβωση	Διαπίστευση ΕΣΥΔ ή άλλου ισοδύναμου εθνικού οργανισμού διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους της ΕΕ	Άλλη Διαπίστευση	Κάλυψη Απαιτήσεων Προδιαγραφών ΕΠΕΤΕΜ
1	Προχοΐδα AS, 50ml/0.1ml, αυτόματης πλήρωσης			
2	Σιφόνιο μέτρησης, A, 5ml/0.05ml			
3	Σιφόνιο μέτρησης, AS, 5ml/0.05ml			
4	Σιφόνιο μέτρησης, B, 10ml/0.1ml			
5	Αυτόματο σιφόνιο (πιπέτα) 0,5 – 10 μl			
6	Αυτόματο σιφόνιο (πιπέτα) 10 – 100 μl			
7	Αυτόματο σιφόνιο (πιπέτα) 100 – 1000 μl			
8	Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος 100ml/1ml			
9	Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος 50ml/1ml			
10	Γυάλινη ογκομετρική φιάλη, A, 50 ml			
11	Πλαστική φύσιγγα φυγοκέντρωσης, 50 ml			
12	Πλαστική ογκομετρική φιάλη, A, 50 ml			
13	Γυάλινη ογκομετρική φιάλη, A, 1000 ml			
14	Αναλυτικός ζυγός – 120g/0.01mg & 220g/0.1mg			
15	Αναλυτικός ζυγός – 120g/0.1mg			
16	Αναλυτικός ζυγός – 220g/0.1mg			
17	Εργαστηριακός ζυγός – 6kg/0.1g			
18	Εργαστηριακός ζυγός – 12kg/0.1g			
19	Θερμοζυγός Πολλαπλών Θέσεων – ζυγός 0.1 mg			
20	Θερμοζυγός – θερμοκρασία 105°C			
21	Θερμοζυγός – θερμοκρασία 107°C			
22	Θερμοζυγός – θερμοκρασία 550°C			
23	Θερμοζυγός – θερμοκρασία 750°C			
24	Θερμοζυγός – θερμοκρασία 815°C			
25	Θερμοζυγός – θερμοκρασία 900°C			
26	Θερμοζυγός – θερμοκρασία 950°C			
27	Πυριαντήριο – θερμοκρασία 140°C			
28	Πυριαντήριο – θερμοκρασία 550°C			

29	Πυριαντήριο – θερμοκρασία 815°C			
30	Πυριαντήριο – θερμοκρασία 950°C			
31	Πυριαντήριο – θερμοκρασία 1000°C			
32	Κλίβανος ξήρανσης 65 l – θερμοκρασία 40°C			
33	Κλίβανος ξήρανσης 65 l – θερμοκρασία 105°C			
34	Κλίβανος ξήρανσης 65 l – θερμοκρασία 107°C			
35	Κλίβανος ξήρανσης 720 l – θερμοκρασία 40°C			
36	Κλίβανος ξήρανσης 720 l – θερμοκρασία 105°C			
37	Κλίβανος ξήρανσης 720 l – θερμοκρασία 107°C			
38	Πρότυπο Βάρος, E2, 20g			
39	Πρότυπο Βάρος, E2, 200g			
40	Πρότυπο Βάρος, E2, 1g			
41	Πρότυπο Βάρος, M1, 5kg			
42	Πρότυπο Βάρος, M1, 1kg			
43	Πρότυπο Βάρος, E2, 50g			
44	Πρότυπο Βάρος, E2, 100mg			
45	Θερμοστοιχείο θερμοδόμετρου			
46	Κόσκινο 50 μm			
47	Κόσκινο 63 μm			
48	Κόσκινο 250 μm			
49	Κόσκινο 400 μm			
50	Κόσκινο 1000 μm			
51	Κόσκινο 1.6 mm			
52	Κόσκινο 2.36 mm			
53	Κόσκινο 3.15 mm			
54	Κόσκινο 4 mm			
55	Κόσκινο 12.5 mm			
56	Κόσκινο 25 mm			
57	Κόσκινο 31.5 mm			
58	Διάταξη προσδιορισμού συμπεριφοράς τήξης της τέφρας, 500°C – 1550°C			
59	Φωτόμετρο			
60	Ψηφιακό παχύμετρο, 0-150mm/0.01mm			
61	Ιοντόμετρο – πεχάμετρο			
62	Γυάλινο θερμόμετρο αλκοόλης, -20°C-110°C/0.5°C			
63	Πιπέτα οριζόμενου όγκου, αυτόματης πλήρωσης, 5ml/0.1ml			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης, Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Α.Φ.Μ.: 099785242, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης

E-mail: certh@certh.gr, τηλ. 2310 498100

Το ΕΚΕΤΑ ως Αναθέτουσα Αρχή και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην οικονομική προσφορά και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της προσφοράς, η ανάθεση της προμήθειας, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη

Επιτροπών Αξιολόγησης, και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες-προσφέροντες, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας τους, σύμφωνα με τον νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με τη σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Έχει, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

VII. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε/μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή ή αν θέλετε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής στο dpo@certh.gr.