

**ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ)**

6^ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα. Χρύσα Πιτσιάβα

ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦ: +30 2463 055300 εσωτ. 0202

e-mail: pitsiava@certh.gr

Αρ. Πρωτ.: 061062

Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου 2025

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί του Τμήματος Α {Καταλυτικός Αντιδραστήρας σύνθεσης καυσίμων} με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 376354 της διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 669/2025 (ΑΔΑΜ 25PROC017111527) του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ για τον Ανοικτό Διαγωνισμό (Ηλεκτρονικό, άνω των ορίων) με τίτλο «Προμήθεια αντιδραστήρα σύνθεσης εναλλακτικών καυσίμων, εξοπλισμού μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων διαφόρων υλικών και παραγωγής πυκνοποιημένων υλικών» με συνολική εκτιμώμενη αξία των τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δεκαεννέα ευρώ (333.919,00 €) χωρίς ΦΠΑ 24% και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 04^η.08.2025 και ώρα 13:00.

Κατόπιν υποβολής του με ημερομηνία 25.07.2025 ερωτήματος ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για παροχή διευκρινίσεων επί του Τμήματος Α της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, **διευκρινίζεται το εξής σημείο επί των τευχών του διαγωνισμού ως προς το Τμήμα Α, ως κάτωθι περιγράφεται:**

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Παρατηρήσαμε ότι στην διακήρυξη με Αρ. Διακήρυξης 669/2025 αναφορικά με το ΤΜΗΜΑ Α 42996400-8 που μας αφορά, ότι στην Γενική Απαίτηση νούμερο 13 (σελ. 96 του πίνακα συμμόρφωσης και σελ 80 στο κείμενο της διακήρυξης) : «Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί ως πλήρως συναρμολογημένο και δοκιμασμένο, στερεωμένο ως ειδική διάταξη μέγιστων διαστάσεων ύψος: 220±2 cm x βάθος 60±2 cm x πλάτος 30±2 cm. Η αποτύπωση συγκεκριμένων διαστάσεων είναι αναγκαία λόγω της υφιστάμενης υποδομής του ΙΔΕΠ και του χώρου τοποθέτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.»

Ερώτηση προς διευκρίνηση:

Το πλάτος 30±2 cm είναι πολύ μικρό για ένα τέτοιο σύστημα. Κατά την άποψή μας πρόκειται για τυπογραφικό λάθος. Εάν είναι όντως τυπογραφικό λάθος, θα μπορούσατε να μας προσδιορίσετε το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος;

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Είναι τυπογραφικό λάθος εκ παραδρομής. Η συγκεκριμένη απαίτηση στο Τμήμα Α (Καταλυτικός Αντιδραστήρας σύνθεσης καυσίμων) με α/α 13 του Πίνακα συμμόρφωσης (καθώς και το αντίστοιχο σημείο του κειμένου) του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης στο σημείο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α αυτού διορθώνεται ως εξής : «Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί ως πλήρως συναρμολογημένο και δοκιμασμένο, στερεωμένο ως ειδική διάταξη μέγιστων διαστάσεων ύψος: 220±2 cm x βάθος 60±2 cm x

πλάτος 130 ± 2 cm. Η αποτύπωση συγκεκριμένων διαστάσεων είναι αναγκαία λόγω της υφιστάμενης υποδομής του ΙΔΕΠ και του χώρου τοποθέτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αριθμ. 669/2025 διακήρυξης του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ και η παρούσα διευκρίνιση συνιστά αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Για το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης
Διευθυντής Κ.Δ. & Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ