

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια ηλεκτρικού ανοιγόμενου σωληνωτού φούρνου (κλίβανου)»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια ηλεκτρικού ανοιγόμενου σωληνωτού φούρνου (κλίβανου)»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσια ευρώ (15.700,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια ηλεκτρικού ανοιγόμενου σωληνωτού φούρνου (κλίβανου)»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019 και ώρα 3:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν για τον Ανάδοχο οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

- i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,07%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β'/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Κράϊα Τζουλιάνα τηλ. +30 2310 498120, email: tzkraia@cperi.certh.gr και Καρασάββας Ευγένιος τηλ. , email: ekarasav@cperi.certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές , ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του έργου «*CPERI-BASF COLLABORATION AGREEMENT*», πρόκειται να προβεί στην προμήθεια του εξοπλισμού που περιγράφεται παρακάτω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολο τους.

Είδος – Περιγραφή: Ηλεκτρικός ανοιγόμενος σωληνωτός φούρνος (κλίβανος) τύπου ATS Η.Π.Α., μοντέλου 3210F-10.00-20-33

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο

Τεχνικές προδιαγραφές:

- Ο φούρνος θα πρέπει να είναι διαιρούμενου τύπου.
- Θα πρέπει να αποτελείται από διαιρετό κέλυφος από ανοξείδωτο ατσάλι με μεντεσέδες βαρέως τύπου και κουμπώματα (μάνταλα).
- Θα πρέπει να έχει διαστάσεις: 25,40 cm εσωτερική διάμετρος x 50,80 cm εξωτερική διάμετρος x 93,98 cm μήκος.
- Τα στοιχεία των αντιστάσεων θα πρέπει να είναι Kanthal A1, κεραμικά, με ενσωματωμένες περιελίξεις, εντός του κεραμικού υλικού.
- Θα πρέπει να έχει μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 1000 °C.
- Θα πρέπει να αποτελείται από τρεις ζώνες: 27,94 cm η καθεμία, με συνολικό θερμαινόμενο μήκος 83,82 cm.
- Θα πρέπει να έχει ισχύ με τα εξής χαρακτηριστικά: 7.200 watts/31,3 amps ανά ζώνη, με συνολική ισχύ 21.600 watts/93,9 amps @230 VAC, 1 φάση, 60 Hz.
- Θα πρέπει να έχει σύνδεση: 1/2 παράλληλα τμήματα.
- Ο τελικός δίσκος (end disk) του φούρνου θα πρέπει να έχει πάχος 50,8 mm και εσωτερική διάμετρο 203,2 mm.
- Τα τελικά καλύμματα (end caps) του φούρνου θα πρέπει να έχουν πάχος 50,8 mm και εσωτερική διάμετρο 203,2 mm.
- Θα πρέπει να έχει συνολικά έξι (6) θυρίδες θερμοστοιχείων με 6,35 mm διάμετρο. Κάθε θυρίδα θα πρέπει να τοποθετείται στο μέσο κάθε ζώνης θέρμανσης και σε αντιδιαμετρικά σημεία του φούρνου.
- Θα πρέπει να περιλαμβάνει τοποθέτηση έξι (6) θηλυκών υποδοχέων (NPT του 1/4) με συγκόλληση στο κέλυφος του φούρνου και με το κεραμικό μονωτικό τοποθετημένο κονίαμα.
- Στην προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται συνολικά έξι (6) θερμοστοιχεία τύπου K, με θήκες Inconel, (fixed compression fitting style), με φερούλια Teflon και αρσενικά κουμπώματα που θα ενωθούν με θηλυκά NPT του ¼ πάνω στον φούρνο.
- Το κιβώτιο ηλεκτρικών συνδέσεων του φούρνου θα πρέπει να έχει προστασία τουλάχιστον IP 64.

Γενικές απαιτήσεις υπό προμήθεια εξοπλισμού:

- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του για την προμήθεια του εξοπλισμού: α) κατάλληλο βοηθητικό εξοπλισμό με άγκιστρα για τον φούρνο, είτε για οριζόντια έδραση, είτε για κάθετη τοποθέτηση του σε τοίχο ή σε άλλου είδους βάση και β) καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος του φούρνου (τουλάχιστον 182.88 cm) και καλώδια διασύνδεσης των θερμοστοιχείων.
- Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει κατά την μεταφορά του να εσωκλείεται εντός ξύλινων κιβωτίων σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISPM 15.

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει τουλάχιστον σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015.

Λοιποί όροι:

- Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχειρίστος και σε άριστη κατάσταση.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τον προσφερόμενο εξοπλισμό τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία παράδοσής του.
- Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
- Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί εντός δώδεκα (12) εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι, όπου στις ανωτέρω προδιαγραφές κατονομάζεται ρητά ο κατασκευαστής και το μοντέλο του εξοπλισμού ή/και εξαρτήματος, αυτό κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση, ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό βέλτιστη συμβατότητα, απόδοση και ορθή λειτουργία του εξοπλισμού ή/και των εξαρτημάτων, τόσο μεταξύ τους, όσο και με την ήδη εγκατεστημένη εργαστηριακή υποδομή του Ινστιτούτου.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια εξοπλισμού και συνεπώς, προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά πέραν των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών δεν απορρίπτονται, αλλά συνεκτιμώνται, από την Επιτροπή αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι στα πλαίσια του ανώτατου προϋπολογισμού της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού και των τεχνικών χαρακτηριστικών του, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή και προδιαγραφές, έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών.
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του υπό προμήθεια εξοπλισμού.
- Περιγραφή για τον χρόνο, τρόπο και τόπο παράδοσης του εξοπλισμού.
- Περιγραφή προσφερόμενης εγγύησης και όρους αυτής