

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Διακριβώσεις εξοπλισμου»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου :

«Διακριβώσεις εξοπλισμου»

Η συνολική δαπάνη του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο του έργου, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Διακριβώσεις εξοπλισμου»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:30 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: amarantos@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΙΔΕΠ Πτολεμαΐδα: 4ο χλμ Πτολεμαΐδας - Μποδοσάκειου Νοσοκομείου, 50200 Πτολεμαΐδα
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κ Αμάραντος Παναγιώτης, τηλ. +30 2463055300

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο υποψήφιος/προσφέρων κατά την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται να προσκομίσει:
α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και παρ. 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του

Ν. 4412/2016 αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.)

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹

β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο,

γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,

ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος

β) Κράτηση 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και με το ν. 4912/2022). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Αμάραντος Παναγιώτης τηλ. +30 2463055300, email: amarantos@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

κ. Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του έργου **Εκτέλεσης Παροχής Υπηρεσιών (PAR.055048)**, πρόκειται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών διακρίβωσης υφιστάμενου ερευνητικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται κάτωθι οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

Γενική Περιγραφή: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

CPV: 50433000-9

Προϋπολογισμός : Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών Τεχνολογιών Μετάβασης του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ ενδιαφέρεται με την παρούσα ανάθεση να διακριβώσει τον υφιστάμενο εξοπλισμό που περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα, στο πλαίσιο της λειτουργίας του κατά ISO 17025.

Α. Πίνακας 1-Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα (σε τεμάχια)	Απαίτηση
1	Προχοΐδα AS χωρητικότητας 25 ml	1	Διακρίβωση στον ονομαστικό όγκο, στο 50% του ονομαστικού όγκου και στο 10% του ονομαστικού όγκου. Υπολογισμός τυχαίου, συστηματικού σφάλματος και αβεβαιότητας μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ μέλος του MLA.</u>
2	Σιφώνιο μέτρησης χωρητικότητας 1 ml	1	Διακρίβωση στον ονομαστικό όγκο, στο 50% του ονομαστικού όγκου και στο 10% του ονομαστικού όγκου. Υπολογισμός τυχαίου, συστηματικού σφάλματος και αβεβαιότητας μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή άλλου ισοδύναμου φορέα μέλος του MLA.</u>
3	Σιφώνιο μέτρησης χωρητικότητας 5 ml	1	
4	Σιφώνιο μέτρησης χωρητικότητας 10 ml	1	
5	Σιφώνιο πλήρωσης χωρητικότητας 10 ml	1	Διακρίβωση στον ονομαστικό όγκο. Υπολογισμός τυχαίου, συστηματικού σφάλματος και αβεβαιότητας μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή άλλου ισοδύναμου φορέα μέλος του MLA.</u>
6	Αυτόματο σιφώνιο (πιπέτα) χωρητικότητας 0,1 – 2,5 μl	1	
7	Αυτόματο σιφώνιο (πιπέτα) χωρητικότητας 0,5 – 10 μl	1	
8	Αυτόματο σιφώνιο (πιπέτα) χωρητικότητας 10 – 100 μl	1	Διακρίβωση στον ελάχιστο και στον μέγιστο όγκο και στο 50% του μέγιστου όγκου. Υπολογισμός τυχαίου, συστηματικού σφάλματος και αβεβαιότητας μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή άλλου ισοδύναμου φορέα μέλος του MLA.</u>
9	Αυτόματο σιφώνιο (πιπέτα) χωρητικότητας 100 – 1000 μl	1	
10	Αυτόματο σιφώνιο (πιπέτα) χωρητικότητας 1 – 10 ml	1	
11	Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος χωρητικότητας 100 ml	1	Διακρίβωση στον ονομαστικό όγκο, στο 50% του ονομαστικού όγκου και στο 10% του ονομαστικού όγκου. Υπολογισμός τυχαίου, συστηματικού σφάλματος και αβεβαιότητας μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή άλλου ισοδύναμου φορέα μέλος του MLA.</u>

12	Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος χωρητικότητας 50 ml	1	Διακρίβωση στον ονομαστικό όγκο, στο 50% του ονομαστικού όγκου και στο 10% του ονομαστικού όγκου. Υπολογισμός τυχαίου, συστηματικού σφάλματος και αβεβαιότητας μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή άλλου ισοδύναμου φορέα, μέλος του MLA.</u>
13	Γυάλινη ογκομετρική φιάλη χωρητικότητας 50 ml	5	Διακρίβωση στον ονομαστικό όγκο. Υπολογισμός τυχαίου, συστηματικού σφάλματος και αβεβαιότητας μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή άλλου ισοδύναμου φορέα, μέλος του MLA.</u>
14	Πλαστική ογκομετρική φιάλη χωρητικότητας 50 ml	5	Διακρίβωση στον ονομαστικό όγκο. Υπολογισμός τυχαίου, συστηματικού σφάλματος και αβεβαιότητας μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή άλλου ισοδύναμου φορέα, μέλος του MLA.</u>
15	Γυάλινη ογκομετρική φιάλη χωρητικότητας 1000 ml	1	Διακρίβωση στον ονομαστικό όγκο. Υπολογισμός τυχαίου, συστηματικού σφάλματος και αβεβαιότητας μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή άλλου ισοδύναμου φορέα, μέλος του MLA.</u>
16	Μη αυτόματος ψηφιακός ζυγός – 0,01 mg	1	Έλεγχος επίδρασης έκκεντρης φόρτισης. Επαναληψιμότητα και απόκριση σε διαφορετικές φορτίσεις, εκκεντρότητα, έλεγχος ενδείξεων ζυγού, ολίσθηση λόγω θερμοκρασίας. Υπολογισμός αβεβαιότητας κατά τη χρήση. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή άλλου ισοδύναμου φορέα, μέλος του MLA.</u>
17	Μη αυτόματος ψηφιακός ζυγός – 0,1 mg	1	
18	Μη αυτόματος ψηφιακός ζυγός – 0,1 g	1	
19	Θερμοζυγός Πολλαπλών Θέσεων – ζυγός 0,1 mg	1	Έλεγχος επίδρασης έκκεντρης φόρτισης. Επαναληψιμότητα και απόκριση σε διαφορετικές φορτίσεις, εκκεντρότητα, έλεγχος ενδείξεων ζυγού, ολίσθηση λόγω θερμοκρασίας, αβεβαιότητα μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή άλλου ισοδύναμου φορέα, μέλος του MLA.</u>
20	Θερμοζυγός Πολλαπλών Θέσεων	1	Διακρίβωση στους 105°C και 107°C. Έλεγχος ακρίβειας ενδείξεων σταθερότητας θερμοκρασίας, αβεβαιότητας μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή ισοδύναμο για κάθε θερμοκρασία.</u>
21	Θερμοζυγός Πολλαπλών Θέσεων	1	Διακρίβωση στους 550°C, 750°C, 815°C, 900°C και 950°C σε ένα σημείο. Έλεγχος ακρίβειας ενδείξεων σταθερότητας θερμοκρασίας, αβεβαιότητας μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή ισοδύναμο για κάθε θερμοκρασία.</u>
22	Πυριαντήριο	1	Διακρίβωση στους 550°C, 815°C, 950°C και 1000°C σε ένα σημείο. Έλεγχος ακρίβειας ενδείξεων σταθερότητας θερμοκρασίας, αβεβαιότητας μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή ισοδύναμο για κάθε θερμοκρασία.</u>
23	Πυριαντήριο	1	Διακρίβωση στους 550°C, 815°C, 950°C και 1000°C σε ένα σημείο. Έλεγχος ακρίβειας ενδείξεων σταθερότητας θερμοκρασίας, αβεβαιότητας μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή ισοδύναμο για κάθε θερμοκρασία.</u>

24	Κλίβανος ξήρανσης 65 l	1	Διακρίβωση στους 40°C, 105°C και 107°C με προφίλ θερμοκρασιών 9 σημείων. Έλεγχος ακρίβειας ενδείξεων σταθερότητας, ομοιομορφίας θερμοκρασίας, αβεβαιότητας μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή ισοδύναμο για κάθε θερμοκρασία.</u>
25	Κλίβανος ξήρανσης (υαλικά)	1	Διακρίβωση στους 70°C, και 100°C με προφίλ θερμοκρασιών 9 σημείων. Έλεγχος ακρίβειας ενδείξεων σταθερότητας, ομοιομορφίας θερμοκρασίας, αβεβαιότητας μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή ισοδύναμο για κάθε θερμοκρασία.</u>
26	Κλίβανος ξήρανσης 720 l	1	Διακρίβωση στους 40°C, 105°C και 107°C με προφίλ θερμοκρασιών 9 σημείων. Έλεγχος ακρίβειας ενδείξεων σταθερότητας, ομοιομορφίας θερμοκρασίας, αβεβαιότητας μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή ισοδύναμο για κάθε θερμοκρασία.</u>
27	Πρότυπο Βάρος 20 g κλάσης E2	1	Υπολογισμός συμβατικής μάζας, αβεβαιότητας μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή άλλου ισοδύναμου φορέα, μέλος του MLA.</u>
28	Πρότυπο Βάρος 100 mg κλάσης E2	1	
29	Θερμοστοιχείο θερμιδομέτρου	1	Έλεγχος ακρίβειας ενδείξεων, διαφοράς θερμοκρασίας, αβεβαιότητας μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή άλλου ισοδύναμου φορέα, μέλος του MLA.</u>
30	Κόσκινα 63 μm, 200 μm, 250 μm, 400 μm, 500 μm, 800 μm, 1mm, 3,15 mm, 4.75 mm, 6.3 mm, 16 mm, 31.5 mm, 50 mm	13	Έλεγχος διαστάσεων της διαμέτρου του σύρματος και μεγέθους των οπών (μέση τιμή, μέγιστη, ελάχιστη και τυπική απόκλιση). Υπολογισμός αβεβαιοτήτων <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή άλλου ισοδύναμου φορέα, μέλος του MLA.</u>
31	Διάταξη προσδιορισμού συμπεριφοράς τήξης της τέφρας	1	Έλεγχος ακρίβειας ενδείξεων θερμοκρασίας 500°C – 1550°C, έλεγχος Διαφοράς Θερμοκρασίας, υπολογισμός Αβεβαιότητας. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή άλλου ισοδύναμου φορέα, μέλος του MLA.</u>
32	Φωτόμετρο	1	Έλεγχος σταθερότητας ένδειξης, σταθερότητα γραμμής βάσης, φωτομετρική ορθότητα στην περιοχή του ορατού και στο μήκος κύματος XXXnm, επαναληψιμότητα, αβεβαιότητα μέτρησης. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή άλλου ισοδύναμου φορέα, μέλος του EA-MLA.</u>
33	Μετρητικό Θερμοκρασίας & Υγρασίας	1	Έλεγχος ακρίβειας ενδείξεων θερμοκρασίας στην περιοχή 10°C – 45°C και σχετικής υγρασίας στην περιοχή 15 – 80%, υπολογισμός αβεβαιοτήτων. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή άλλου ισοδύναμου φορέα, μέλος του EA-MLA.</u>
34	Ηλεκτρονικό χρονόμετρο χειρός	1	Έλεγχος ακρίβειας μέτρησης στο διάστημα 0 – 2h, υπολογισμός αβεβαιοτήτων. <u>Το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης να φέρει λογότυπο ΕΣΥΔ ή άλλου ισοδύναμου φορέα, μέλος του EA-MLA.</u>

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία οφείλουν να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια επιλογής:

Β. Κριτήρια επιλογής

1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για τις υπό ανάθεση υπηρεσίες.

Προς τεκμηρίωση της εν λόγω απαίτησης οι υποψήφιοι προσκομίζουν με το φάκελο της προσφοράς τους πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Επιπρόσθετα, οφείλουν να προσκομίσουν και εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της εν λόγω απαίτησης γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

2. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι κατά ISO/IEC 17025 για τη διενέργεια διακριβώσεων από το ΕΣΥΔ ή ισοδύναμο φορέα και θα πρέπει να επισυνάπτουν στην προσφορά τους προς τεκμηρίωση της απαίτησης το σχετικό πιστοποιητικό από το οποίο θα προκύπτει το Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσής τους και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσής τους τα Μεγέθη/Αντικείμενα Διακρίβωσης που ζητούνται στον ανωτέρω Πίνακα τεχνικών προδιαγραφών (Πίνακας 1) και για την Περιοχή Μέτρησης που ζητείται.

Γ. Υποχρεώσεις Αναδόχου

- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πιστοποιητικά για κάθε Μέγεθος/Αντικείμενο Διακρίβωσης με το λογότυπο του ΕΣΥΔ ή άλλου ισοδύναμου εθνικού φορέα, μέλος του MLA – σε περίπτωση αδυναμίας παροχής των, να συνοδεύεται από πιστοποιητικό πρότυπου αντικειμένου που θα διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα της διακρίβωσης.
- Τα παρεχόμενα πιστοποιητικά για κάθε Μέγεθος/Αντικείμενο Διακρίβωσης να περιλαμβάνουν όλες τις απαιτήσεις του ανωτέρω Πίνακα τεχνικών προδιαγραφών.
- Όλα τα πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν από το φορέα διακρίβωσης θα πρέπει να διασφαλίζουν ιχνηλασιμότητα στο Διεθνές Σύστημα Μετρήσεων.
- Οι διακριβώσεις των οργάνων θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στο 4οχλμ Πτολεμαΐδας-Μποδοσάκειου Νοσοκομείου στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης, παρουσία του Τεχνικού Υπεύθυνου εκ μέρους του Εργαστηρίου της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα, στην περίπτωση διακρίβωσης εξοπλισμού εκτός εργαστηρίου, όπου

αυτό απαιτείται (π.χ. πρότυπα βάρη, κόσκινα), θα προηγηθεί συνεννόηση με τον Τεχνικό Υπεύθυνο του εργαστηρίου Πτολεμαΐδας του ΕΠΕΤΕΜ του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

- Οι διακριβώσεις του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνουν εντός ενάμιση (1,5) μήνα από την ανάθεση της παρούσας και η αποστολή των πιστοποιητικών δεν πρέπει να υπερβεί τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των διακριβώσεων.

Δ. Γενικοί όροι

- Ο υποψήφιος θα υποβάλλει με την προσφορά του και τον ακόλουθο Πίνακα Συμμόρφωσης Προδιαγραφών Διακριβώσεων, όπου για κάθε ζητούμενο Αντικείμενο Διακρίβωσης οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώνουν «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» αναλόγως εάν το εργαστήριό τους είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, από άλλο ισοδύναμο του ΕΣΥΔ εθνικό φορέα, μέλος του MLA, και εάν καλύπτονται οι απαιτήσεις του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών διακριβώσεων. Ειδικότερα, θα θεωρείται ότι καλύπτονται οι προδιαγραφές διακρίβωσης του κάθε αντικειμένου του Πίνακα Συμμόρφωσης Προδιαγραφών Διακριβώσεων εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν «ΝΑΙ» στη στήλη κάλυψης των απαιτήσεων προδιαγραφών και είτε στη στήλη διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ είτε στη στήλη διαπίστευσης από άλλο ισοδύναμο του ΕΣΥΔ εθνικό φορέα, μέλους του MLA. Σε περίπτωση διαπίστευσης του αντικειμένου από άλλο ισοδύναμο του ΕΣΥΔ εθνικό φορέα, αυτός θα πρέπει να είναι μέλος του ΕΑ-MLA και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν το αντίστοιχο ΕΠΕΔ – σε περίπτωση μη υποβολής του ΕΠΕΔ, η προσφορά του ενδιαφερόμενου τυγχάνει απορριπτή.
- Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παροχή των περιγραφόμενων υπηρεσιών διακρίβωσης στο σύνολο του εξοπλισμού και με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ).
- Θα απορρίπτεται προσφορά υποψηφίου που δηλώνει στον Πίνακα Συμμόρφωσης Προδιαγραφών Διακριβώσεων ότι διαθέτει διαπίστευση σε συγκεκριμένο αντικείμενο του Πίνακα και δεν τεκμηριώνεται αυτό από το ΕΠΕΔ του.

Απαιτούμενα στοιχεία έγκυρης προσφοράς:

Οι προσφορές των υποψηφίων επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία κατ' ελάχιστο :

- Αναλυτική τεχνική περιγραφή για την τεκμηρίωση των τεχνικών προδιαγραφών των ζητούμενων υπηρεσιών κατά τα ανωτέρω
- Περιγραφή για το χρόνο και τρόπο υλοποίησης της παρούσας Πρόσκλησης
- Τον Πίνακα Συμμόρφωσης Προδιαγραφών Διακριβώσεων κατάλληλα και πλήρως συμπληρωμένο
- Τιμή Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή συνολική συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το σύνολο των υπηρεσιών της παρούσας Πρόσκλησης
- Τα πρόσφορα αποδεικτικά έγγραφα προς τεκμηρίωση των κριτηρίων επιλογής κατά τα ανωτέρω

Συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα με ΝΑΙ ή ΌΧΙ και με τα στοιχεία που ζητούνται κάτωθι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ

a/a	Διακρίβωση	Διαπίστευση ΕΣΥΔ	Άλλη Διαπίστευση ισοδύναμου φορέα	Κάλυψη Απαιτήσεων Προδιαγραφών Εργαστήριο Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών Τεχνολογιών Μετάβασης (ΕΠΕΤΕΜ) του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
1	Προχοΐδα AS χωρητικότητας 25 ml			
2	Σιφόνιο μέτρησης χωρητικότητας 1 ml			
3	Σιφόνιο μέτρησης χωρητικότητας 5 ml			
4	Σιφόνιο μέτρησης χωρητικότητας 10 ml			
5	Σιφόνιο πλήρωσης χωρητικότητας 10 ml			
6	Αυτόματο σιφόνιο (πιπέτα) χωρητικότητας 0,1 – 2,5 μl			
7	Αυτόματο σιφόνιο (πιπέτα) χωρητικότητας 0,5 – 10 μl			
8	Αυτόματο σιφόνιο (πιπέτα) χωρητικότητας 10 – 100 μl			
9	Αυτόματο σιφόνιο (πιπέτα) χωρητικότητας 100 – 1000 μl			
10	Αυτόματο σιφόνιο (πιπέτα) χωρητικότητας 1 – 10 ml			
11	Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος χωρητικότητας 100 ml			
12	Γυάλινος ογκομετρικός κύλινδρος χωρητικότητας 50 ml			
13	Γυάλινη ογκομετρική φιάλη χωρητικότητας 50 ml (x5)			
14	Πλαστική ογκομετρική φιάλη χωρητικότητας 50 ml (x5)			
15	Γυάλινη ογκομετρική φιάλη χωρητικότητας 1000 ml			
16	Μη αυτόματος ψηφιακός ζυγός – 0,01 mg			
17	Μη αυτόματος ψηφιακός ζυγός – 0,1 mg			
18	Μη αυτόματος ψηφιακός ζυγός – 0,1 g			
19	Θερμοζυγός Πολλαπλών Θέσεων – ζυγός 0,1 mg			
20	Θερμοζυγός – θερμοκρασία 105°C			
21	Θερμοζυγός – θερμοκρασία 107°C			
22	Θερμοζυγός – θερμοκρασία 550°C			
23	Θερμοζυγός – θερμοκρασία 750°C			
24	Θερμοζυγός – θερμοκρασία 815°C			
25	Θερμοζυγός – θερμοκρασία 900°C			

26	Θερμοζυγός – θερμοκρασία 950°C			
27	Πυριαντήριο – θερμοκρασία 550°C			
28	Πυριαντήριο – θερμοκρασία 815°C			
29	Πυριαντήριο – θερμοκρασία 950°C			
30	Πυριαντήριο – θερμοκρασία 1000°C			
31	Πυριαντήριο – θερμοκρασία 550°C			
32	Πυριαντήριο – θερμοκρασία 815°C			
33	Πυριαντήριο – θερμοκρασία 950°C			
34	Πυριαντήριο – θερμοκρασία 1000°C			
35	Κλίβανος ξήρανσης 65 l – θερμοκρασία 40°C			
36	Κλίβανος ξήρανσης 65 l – θερμοκρασία 105°C			
37	Κλίβανος ξήρανσης 65 l – θερμοκρασία 107°C			
38	Κλίβανος ξήρανσης – θερμοκρασία 70°C			
39	Κλίβανος ξήρανσης – θερμοκρασία 100°C			
40	Κλίβανος ξήρανσης 720 l – θερμοκρασία 40°C			
41	Κλίβανος ξήρανσης 720 l – θερμοκρασία 105°C			
42	Κλίβανος ξήρανσης 720 l – θερμοκρασία 107°C			
43	Πρότυπο Βάρος 20 g κλάσης E2			
44	Πρότυπο Βάρος 100 mg κλάσης E2			
45	Θερμοστοιχείο θερμοδομέτρου			
46	Κόσκινο 63 μm			
47	Κόσκινο 200 μm			
48	Κόσκινο 250 μm			
49	Κόσκινο 400 μm			
50	Κόσκινο 500 μm			
51	Κόσκινο 800 μm			
52	Κόσκινο 1 mm			
53	Κόσκινο 3,15 mm			
54	Κόσκινο 4,75 mm			
55	Κόσκινο 6,3 mm			
56	Κόσκινο 16 mm			
57	Κόσκινο 31,5 mm			
58	Κόσκινο 50 mm			
59	Διάταξη προσδιορισμού συμπεριφοράς τήξης της τέφρας			
60	Φωτόμετρο			
61	Μετρητικό θερμοκρασίας & υγρασίας			
62	Ηλεκτρονικό χρονόμετρο χειρός			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης, Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Α.Φ.Μ.: 099785242, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης

E-mail: certh@certh.gr, τηλ. 2310 498100

Το ΕΚΕΤΑ ως Αναθέτουσα Αρχή και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην οικονομική προσφορά και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της προσφοράς, η ανάθεση της προμήθειας, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη

Επιτροπών Αξιολόγησης, και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες-προσφέροντες, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας τους, σύμφωνα με τον νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με τη σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Έχει, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

VII. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε/μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή ή αν θέλετε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής στο dpo@certh.gr.