

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

***«Προμήθεια αυτόματων πιπετών ρυθμιζόμενου όγκου»***

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

***«Προμήθεια αυτόματων πιπετών ρυθμιζόμενου όγκου»***

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα **εξακόσια ευρώ (600,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ για**

***«Προμήθεια αυτόματων πιπετών ρυθμιζόμενου όγκου»***

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης  
Γραμματεία ΙΔΕΠ  
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος

β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Μοσχονά Αλεξάνδρα τηλ. , email: alexmoschona@cperi.certh.gr και Μητρούλη Σουλτάνα τηλ. +30 2310 498184, email: mitrouli@cperi.certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Βουτετάκης Σπυρίδων  
Διευθυντής ΙΔΕΠ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

## **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες των ερευνητικών έργων «GLYC2BIOD - Αξιοποίηση ακατέργαστης γλυκερίνης από τα παραπροϊόντα της βιομηχανίας βιοντίζελ για παραγωγή βιοκαυσίμων 2<sup>ης</sup> γενιάς και πρωτεϊνούχων προσθέτων ζωοτροφών με καινοτόμες βιοτεχνολογικές μεθόδους», της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και «AGROCYCLE», πρόκειται να προμηθευτεί τα εργαστηριακά είδη και αναλώσιμα που περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

### **ΕΙΔΟΣ Α: Αυτόματη πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου, με εύρος 10-100 μL**

**Ποσότητα: 1 τεμάχιο**

#### **Τεχνικές προδιαγραφές:**

- Να έχει ακρίβεια  $A \pm 0,8 \%$ , Πιστότητα  $CV \pm 0,2\%$  ή καλύτερα.
- Να έχει δυνατότητα για ρύθμιση του όγκου με το ένα χέρι.
- Να έχει δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκλειστο ( $121 \text{ }^\circ\text{C}$ ).
- Να διαθέτει έμβολο και εκτοξευτή με αντοχή στη διάβρωση.
- Να διαθέτει εντοπισμένο κλείδωμα όγκου για αποτελέσματα χωρίς σφάλματα.
- Να υπάρχει χρωματικός κώδικας στο εύρος όγκου.
- Να συμπεριλαμβάνει ατομικό πιστοποιητικό βαθμονόμησης (σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 8655).

### **ΕΙΔΟΣ Β: Αυτόματη πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου, με εύρος 100 – 1000 μL**

**Ποσότητα: 1 τεμάχιο**

#### **Τεχνικές προδιαγραφές:**

- Να έχει ακρίβεια  $A \pm 0,8 \%$ , Πιστότητα  $CV \pm 0,2\%$  ή καλύτερα.
- Να έχει δυνατότητα για ρύθμιση του όγκου με το ένα χέρι.
- Να έχει δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκλειστο ( $121 \text{ }^\circ\text{C}$ ).
- Να διαθέτει έμβολο και εκτοξευτή με αντοχή στη διάβρωση.
- Να διαθέτει εντοπισμένο κλείδωμα όγκου για αποτελέσματα χωρίς σφάλματα.
- Να υπάρχει χρωματικός κώδικας στο εύρος όγκου.
- Να συμπεριλαμβάνει ατομικό πιστοποιητικό βαθμονόμησης (σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 8655).

### **ΕΙΔΟΣ Γ: Αυτόματη πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου, με εύρος 500 – 5000 μL**

**Ποσότητα: 1 τεμάχιο**

#### **Τεχνικές προδιαγραφές:**

- Να έχει ακρίβεια  $A \pm 0,8 \%$ , Πιστότητα  $CV \pm 0,2\%$  ή καλύτερα.
- Να έχει υποδιαίρεση ανά 5 μL.
- Να έχει δυνατότητα για ρύθμιση του όγκου με το ένα χέρι.
- Να έχει δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκλειστο ( $121 \text{ }^\circ\text{C}$ ).
- Να διαθέτει ένδειξη για επαναβαθμονόμηση.
- Να διαθέτει έμβολο και εκτοξευτή με αντοχή στη διάβρωση.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Να υπάρχει χρωματικός κώδικας στο εύρος όγκου.
- Να είναι ανθεκτική στην ακτινοβολία UV.
- Να διαθέτει σήμα CE.

**Χρόνος παράδοσης:** Εντός εξήντα (60) ημερών από την ανάθεση της προμήθειας.

Όπου στις ανωτέρω προδιαγραφές των Ειδών κατονομάζεται ρητά ο κατασκευαστής ή/και το μοντέλο κάποιου είδους, αυτό κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό βέλτιστη συμβατότητα, απόδοση και ορθή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους με την ήδη εγκατεστημένη εργαστηριακή υποδομή του Ινστιτούτου, για τη διασφάλιση της επαναληψιμότητας και της αξιοπιστίας των πειραματικών αποτελεσμάτων.

Οι προσφορές οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.
- Προσφορά για το σύνολο των ειδών και όχι για τα επί μέρους είδη.
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ για το σύνολο των ειδών.
- Περιγραφή για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης των ειδών.