

Πληροφορίες: Δρ Κώστας Καλογιάννης
Τηλ. 2310498357
Fax. 2310498380
E-mail: kkalogia@cperi.certh.gr

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 06-09/2013
Αριθμ. Πρωτ.: 20880

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Αντιδραστήρα για τη διεργασία της υδροθερμικής κατεργασίας βιομάζας» στα πλαίσια του έργου «SIMPLE: Ολοκληρωμένη Διεργασία Παραγωγής Βιοαιθανόλης από Ελληνική Λιγνινοκουτταρινούχα Βιομάζα (DIA.010293)» που εντάσσεται στη ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», ΕΣΠΑ 2007-2013 (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 160/02-09-2013)

Δίδονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις σχετικά με τον ανωτέρω πρόχειρο διαγωνισμό:

1. Στον Πίνακα 1 «Υπό προμήθεια εξοπλισμός» του άρθρου 3 (σελ. 4) της ως άνω Διακήρυξης (160/02-09-2013), για το «ΕΙΔΟΣ Δ Effluent generator» η ζητούμενη ποσότητα είναι **1**, για το «ΕΙΔΟΣ Ε Wet test meter» η ζητούμενη ποσότητα είναι **1** και για το «ΕΙΔΟΣ ΣΤ Ζυγαριές τύπου πλατφόρμας» η ζητούμενη ποσότητα είναι **2**.
2. Στο Παράρτημα Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ της ως άνω Διακήρυξης (160/02-09-2013) ως προς το «ΕΙΔΟΣ Ε Wet test meter» (σελ. 21), διευκρινίζεται ότι το προσφερόμενο σύστημα θα **πρέπει να διαθέτει** «Ψηφιακό μετρητή (pulse generator) για μεταφορά ψηφιακού σήματος σε μονάδα αυτοματισμού» ο οποίος και θα περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς του Είδους Ε και όχι να προσφέρεται ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
3. Στο Παράρτημα Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ της ως άνω Διακήρυξης (160/02-09-2013) ως προς το «ΕΙΔΟΣ ΣΤ Ζυγαριές τύπου πλατφόρμας» (σελ. 21), εκ παραδρομής αναφέρεται ως «σύστημα μέτρησης ροών αερίων (wet test meter)» αντί του ορθού «**σύστημα ζυγών**» και στο στοιχ. 1 διευκρινίζεται ότι η ζητούμενη ποσότητα είναι **δύο (2)** ζυγοί τύπου πλατφόρμας

Για την Επιτροπή Διαγωνισμού

Καλογιάννης Κώστας
ΕΚΕΤΑ - ΙΔΕΠ