

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια οργάνου μέτρησης pH»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια οργάνου μέτρησης pH»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα **χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια οργάνου μέτρησης pH»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 3:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει

οποιοδήποτε δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος

β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Τσογγίδης Νικόλαος τηλ. 2310498256, email: ntsongid@cperi.certh.gr και Γκανάς Γεώργιος τηλ. +30 2310 498291, email: ganas@cperi.certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του έργου «ΜΗΡΡΕ-ΔΜΕ», πρόκειται να προμηθευτεί τον κάτωθι περιγραφόμενο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

Περιγραφή: Όργανο μέτρησης pH

Ποσότητα: Ένα (1) τεμάχιο

Κωδικός CPV: 38416000-4

Το όργανο πρέπει να πληροί τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

-Να περιλαμβάνει ενσωματωμένη οθόνη	
-Δυνατότητα καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (real-time data logging)	
-Δυνατότητα εξαγωγής και επεξεργασίας δεδομένων σε υπολογιστικό περιβάλλον	
-Να περιλαμβάνεται αποσπώμενο ηλεκτρόδιο κατάλληλο για μέτρηση pH και θερμοκρασίας με ελάχιστο μήκος καλωδίου 1.5 m	
-Να περιλαμβάνονται διαλύματα βαθμονόμησης pH (buffers) του οργάνου για τουλάχιστον 2 σημεία (υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται τα σημεία pH 4 και 7)	
-Να περιλαμβάνεται κατάλληλο διάλυμα αποθήκευσης του ηλεκτροδίου του οργάνου	
<u>-Προδιαγραφές μέτρησης pH:</u>	
Εύρος pH (pH range)	0 – 14 τουλάχιστον
Ανάλυση pH (resolution)	0.001
Ακρίβεια pH (Accuracy)	Μέγιστη απόκλιση (offset) ± 0.004
<u>-Προδιαγραφές μέτρησης θερμοκρασίας:</u>	
Εύρος θερμοκρασίας (T range)	0 – 100°C τουλάχιστον
Ανάλυση θερμοκρασίας (resolution)	0.1
Ακρίβεια θερμοκρασίας (resolution)	Μέγιστη απόκλιση (offset) ± 0.1
-Να περιλαμβάνονται θύρες εξόδου USB και καλώδιο USB	
-Να περιλαμβάνεται AC αντάπτορας (universal)	
-Δυνατότητα αντικατάστασης ηλεκτροδίου, συμβατού με τις δυνατότητες του οργάνου	

Επιπλέον των παραπάνω:

- Το προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 (ένος) έτους.
- Το είδος θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης (Ελληνικά ή Αγγλικά) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
- Ο χρόνος παράδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 50 (πενήντα) ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας.
- Στην προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα κόστη μεταφοράς, κλπ.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου είδους και των τεχνικών χαρακτηριστικών του.
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Περιγραφή για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης του είδους.