

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

6^ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα. Κατερίνα Χατζησάββα (Τμήμα Β & Γ)

ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦ: +30 2311 257723

e-mail: chatzi@iti.gr

Αρ. Πρωτ.: 062313

Θεσσαλονίκη, 30 Δεκεμβρίου 2025

ΘΕΜΑ: 3^{ες} Διευκρινίσεις επί του Τμήματος Γ {Προμήθεια εξοπλισμού παραγωγής νανομεταλλικής πούδρας τροφοδοτούμενο από ανακυκλώσιμα μέταλλα και κράματα} με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 387877 της διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 688/2025 (ΑΔΑΜ 25PROC018148898) του ΕΚΕΤΑ για τον Ανοικτό Διαγωνισμό (Ηλεκτρονικό, άνω των ορίων) με τίτλο «Προμήθεια τρισδιάστατων εκτυπωτών και εξοπλισμού παραγωγής πούδρας τροφοδοτούμενου από ανακυκλώσιμα μέταλλα και κράματα» με συνολική εκτιμώμενη αξία το ποσό των τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (430.292,70 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και για το Τμήμα Γ με εκτιμώμενη αξία το ποσό των εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (194.084,70 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 23^η.01.2026 και ώρα 13:00.

Κατόπιν υποβολής του με ημερομηνία 29.12.2025 ερωτήματος ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για παροχή διευκρινίσεων επί του Τμήματος Γ της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, **διευκρινίζεται το εξής σημείο επί των τευχών του διαγωνισμού ως προς το Τμήμα Γ, ως κάτωθι περιγράφεται:**

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Στον πίνακα συμμόρφωσης για το τμήμα Γ' (σελίδα 82) τα Α/Α 2 Επίπεδο οξυγόνου και 3 Χρόνος προετοιμασίας ατμόσφαιρας συστήματος αναφέρουν τιμές διαφορετικές από τις τιμές που αναφέρονται στην Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές (σελίδα 81). Παρακαλώ ενημερώστε μας για τις ορθές τιμές του πίνακα συμμόρφωσης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Διευκρινίζεται ως προς την απαίτηση/προδιαγραφή με α/α 2 του Πίνακα συμμόρφωσης για το Τμήμα Γ του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης για το Επίπεδο οξυγόνου του υπό προμήθεια εξοπλισμού αποτυπώθηκε εσφαλμένη τιμή εκ παραδρομής και διορθώνεται σε <10 ppm και η ίδια τιμή ισχύει και στο σημείο του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών ως προς την εν λόγω απαίτηση/προδιαγραφή ήτοι Επίπεδο οξυγόνου: <10 ppm.

Επιπλέον, ως προς την απαίτηση/προδιαγραφή με α/α 3 του Πίνακα συμμόρφωσης για το Τμήμα Γ του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης για τον Χρόνο προετοιμασίας ατμόσφαιρας συστήματος, αποτυπώθηκε εσφαλμένη τιμή εκ παραδρομής και διορθώνεται σε ≤15min και η ίδια τιμή ισχύει και στο σημείο του

κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών ως προς την εν λόγω απαίτηση/προδιαγραφή ήτοι Χρόνος προετοιμασίας ατμόσφαιρας συστήματος: $\leq 15\text{min}$.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 688/2025 Διακήρυξη του ΕΚΕΤΑ με τις σχετικές διευκρινίσεις επί αυτής.

Για το ΕΚΕΤΑ

Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης
Διευθυντής Κ.Δ. & Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΤΑ