

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Αναλυτικός εξοπλισμός για προσδιορισμό ολικού Αζώτου κατά τη μέθοδο Kjeldahl, κατάλληλος για δείγματα κομποστοποίησης»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Αναλυτικός εξοπλισμός για προσδιορισμό ολικού Αζώτου κατά τη μέθοδο Kjeldahl, κατάλληλος για δείγματα κομποστοποίησης»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δώδεκα χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ (12.130,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Αναλυτικός εξοπλισμός για προσδιορισμό ολικού Αζώτου κατά τη μέθοδο Kjeldahl, κατάλληλος για δείγματα κομποστοποίησης»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:30 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pitsiava@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορά (courier) στη διεύθυνση:

ΙΔΕΠ Πτολεμαΐδα: 4ο χλμ Πτολεμαΐδας - Μποδοσάκειου Νοσοκομείου, 50200 Πτολεμαΐδα
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Πιτσιάβα Χρυσούλα, τηλ. 2463055300

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο υποψήφιος/προσφέρων κατά την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται να προσκομίσει:
α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και παρ. 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.)

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπή αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹

β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο,

γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,

ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος

β) Κράτηση 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και με το ν. 4912/2022). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Κοντοδημος Ιωαννης τηλ. 2463055300, email: kontodimos@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

κ. Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του συγχρηματοδοτούμενου Επιχειρησιακού Σχεδίου (με κωδικό έργου DIA.052035) με τίτλο «**Εφαρμογή αρχών κυκλικής οικονομίας σε 2 πιλοτικές καλλιέργειες με χρήση Ecolabel εδαφοβελτιωτικού-SOIL CIRCLE**» της Δράσης 2 “Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας” του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με κωδικό έργου M16ΣΥΝ2-00074, όπως χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων {ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)} δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 5778/14.12.2022 απόφασης ένταξης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΠ9Ε7ΛΛ-Ξ47) με θέμα “Ένταξη Πράξεων στη Δράση 2 “Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας” του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας του κάτωθι εξοπλισμού με τις σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα με την κάτωθι τεχνική περιγραφή, η οποία θα πρέπει να πληρούται στο σύνολό της:

Γενική περιγραφή: Αναλυτικός εξοπλισμός για προσδιορισμό ολικού Αζώτου κατά τη μέθοδο Kjeldahl, κατάλληλος για δείγματα κομποστοποίησης

CPV : 38424000-3

Προϋπολογισμός : Δώδεκα χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ (12.130,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ποσότητα : Ένα (1) σύστημα

Το πλήρες πακέτο πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη : 1) τη συσκευή καύσης τουλάχιστον έξι (6) θέσεων, 2) τη συσκευή εξουδετέρωσης ατμών, 3) τη συσκευή απόσταξης, 4) τον αυτόματο πιλοδότη.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός ο οποίος αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Περιγραφή είδους-Τεχνικά χαρακτηριστικά	Ποσότητα (σε τεμάχια)
---	--------------------------



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

<p>A. Συσκευή Καύσης τουλάχιστον έξι (6) θέσεων:</p>	<p>1</p>
<p>1. Να είναι ταχείας πέψης. 2. Να έχει τουλάχιστον 6 υποδοχές φιαλών χώνεψης όγκου τουλάχιστον και ο όγκος των φιαλών να είναι 250 ml. 3. Να συνοδεύεται από τουλάχιστον έξι φιάλες χώνεψης. 4. Οι μέγιστες διαστάσεις της συσκευής καύσης να μην ξεπερνούν σε εκατοστά τα 55 x 45 x 75 (μήκος x βάθος x ύψος). 5. Να έχει τουλάχιστον 20 ελεύθερα προγράμματα ενέργειας και χρόνου καύσης, ρυθμιζόμενα από τον υπεύθυνο χειρισμού του εξοπλισμού (ήτοι τον υπεύθυνο χειρισμού του εξοπλισμού του εργαστηρίου του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ). Να διαθέτει θερμαντικά υπέρυθρων χαλαζία ισχύος τουλάχιστον 1500 W. 6. Να μπορεί να φθάνει σε θερμοκρασία πέψης τουλάχιστον 410 °C και λιγότερο από 10 λεπτά 7. Να μπορεί να φθάνει σε θερμοκρασία ακτινοβολίας τουλάχιστον 830 °C σε λιγότερο από 60 sec. 8. Να έχει τη δυνατότητα ομοιόμορφης θέρμανσης όλων των υποδοχών δειγμάτων. 9. Να διαθέτει ρύθμιση της ενέργειας από 0... 100%, με βήμα 1 %. 10. Να διαθέτει ρύθμιση του χρόνου από 0 έως 180 min ή και περισσότερα, με βήμα του 1 min.</p>	
<p>B. Συσκευή Εξουδετέρωσης Όξινων Ατμών:</p>	<p>1</p>
<p>1. Οι μέγιστες διαστάσεις της συσκευής εξουδετέρωσης ατμών να μην ξεπερνούν σε εκατοστά τα 40 x 35 x 40 (μήκος x βάθος x ύψος). 2. Να διαθέτει τουλάχιστον σύστημα διαχωρισμού δύο σταδίων ήτοι στάδιο συμπύκνωσης και στάδιο εξουδετέρωσης των ατμών της ψύξης χωρίς απελευθέρωση όξινων αναθυμιάσεων στο περιβάλλον. 3. Να διαθέτει αντλία κενού τουλάχιστον 40 l/min. 4. Να μην υπάρχει ανάγκη σύνδεσης με την παροχή νερού. 5. Να έχει τη δυνατότητα να αναβαθμιστεί μελλοντικά με πρόσθετο σύστημα ψύξης.</p>	
<p>Γ. Συσκευή Απόσταξης :</p>	<p>1</p>
<p>1. Οι μέγιστες διαστάσεις της συσκευής απόσταξης να μην ξεπερνούν σε εκατοστά τα 45 x 70 x 45 (μήκος x βάθος x ύψος). 2. Να λειτουργεί με ατμό και να διαθέτει αυτόματη προσθήκη NaOH. 3. Ο μέγιστος χρόνος απόσταξης να είναι 3 λεπτά ανά δείγμα. 4. Να έχει όριο ανίχνευσης 0,2 mg N ή μικρότερο. 5. Το ποσοστό ανάκτησης να είναι > 99,0 % 6. Η αναπαραγωγιμότητα να είναι ± 1% ή καλύτερη. 7. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου του ατμού με εύρος 10% - 100%). 8. Να είναι εύκολο στη χρήση από τον υπεύθυνο χειρισμού του εξοπλισμού του εργαστηρίου.</p>	



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

<p>9. Να διαθέτει προγραμματιζόμενο χρόνος αντίδρασης και προγραμματισμού απόσταξης</p> <p>10. Να διαθέτει USB για μεταφορά δεδομένων.</p>	
<p>Δ. Αυτόματος Τιτλοδότης:</p>	<p>1</p>
<p>1. Η συσκευή να είναι κατάλληλη για εκτέλεση ογκομετρήσεων εξουδετέρωσης με μέγιστες διαστάσεις 35 × 25 × 40 cm (μήκος × βάθος × ύψος).</p> <p>2. Όλα τα μέρη της συσκευής που είναι δυνατόν να έρθουν σε επαφή με διαλύματα να είναι κατασκευασμένα από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από χημικά.</p> <p>3. Να συνοδεύεται από μια τουλάχιστον προχοϊδα 25 mL, σύστημα ανάδευσης με προπέλα, στατώ, δοσομετρική αντλία, αισθητήριο θερμοκρασίας, PC software και γυάλινο ηλεκτρόδιο pH.</p> <p>4. Να έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τιτλοδότηση με ένα τουλάχιστον προεπιλεγόμενο τελικό σημείο από τον υπεύθυνο (εκ μέρους του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) χειρισμού του εξοπλισμού.</p> <p>5. Το εύρος μέτρησης του να είναι τουλάχιστον από - 2000.0 mV έως 2000.0 mV , με διακριτική ικανότητα 0.1 mV και ακρίβεια ±0.1 mV ή καλύτερη.</p> <p>6. Το εύρος μέτρησης του pH να είναι τουλάχιστον από- 2.000 έως 20.000 pH. Με διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 0.01 pH και ακρίβεια ±0.01 pH.</p> <p>7. Να έχει τη δυνατότητα βαθμονόμησης τουλάχιστον μέχρι 5 σημεία.</p> <p>8. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης αντιστάθμισης της θερμοκρασίας.</p> <p>9. Το εύρος μέτρησης της θερμοκρασίας να είναι τουλάχιστον από - 5.0 έως 105.0 °C ή και μεγαλύτερο.</p> <p>10. Να συνοδεύεται με προχοϊδα τουλάχιστον 25 mL με ακρίβεια ±0.025 mL.</p> <p>11. Να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί μελλοντικά και προχοϊδες των 5 ml, 10 ml και 50 mL.</p> <p>12. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης της προχοϊδας.</p> <p>13. Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης του ρυθμού τιτλοδότησης από 0.1 έως 50 mL/min τουλάχιστον.</p> <p>14. Να διαθέτει οθόνη παρακολούθησης της καμπύλης τιτλοδότησης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων.</p> <p>15. Οι μονάδες ογκομέτρησης να εκφράζονται σε M (mol/L), N (eq/L) και g/L, mg/L</p> <p>16. Να διαθέτει προπέλα ανάδευσης με εύρος ρύθμισης τουλάχιστον από 200 έως 2500 RPM με βήμα 100 RPM ή μικρότερο.</p> <p>17. Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 50 προγραμμάτων και να έχει την δυνατότητα μεταφοράς των προγραμμάτων σε μονάδα USB.</p>	



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

<p>18. Να έχει μελλοντικά τη δυνατότητα να δεχθεί Ion Selective Electrode (ISE) με περιοχή μέτρησης συγκέντρωσης του ISE τουλάχιστον 1×10^{-6} έως 9.99×10^{10}. Με διακριτική ικανότητα ανάλυσης τουλάχιστον 0.01 και Ακρίβεια $\pm 0.5\%$ ή καλύτερη για μονοσθενή ιόντα (monovalent ion) και ακρίβεια $\pm 1.0\%$ ή καλύτερη για δισθενή ιόντα (divalent ion). Το ISE να δέχεται βαθμονόμηση τουλάχιστον 3 σημείων.</p>	
--	--

A. Κριτήρια Επιλογής :

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην παρούσα Πρόσκληση πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια επιλογής:

1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση προμήθεια.

Προς τεκμηρίωση της εν λόγω απαίτησης ο υποψήφιος προσκομίζει με το φάκελο της προσφοράς του πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Επιπρόσθετα οφείλει να προσκομίσει και εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της εν λόγω απαίτησης γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας για την άρτια εκτέλεση της υπό σύναψη σύμβασης.

Για την απόδειξη της εν λόγω απαίτησης, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας για την άρτια εκτέλεση του φυσικού αντικείμενου της παρούσας.

3. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Οι υποψήφιοι να εφαρμόζουν διεθνές σύστημα διαχείρισης ποιότητας ήτοι ISO 9001 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής συναφές με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης και να υποβληθεί το σχετικό πιστοποιητικό με το φάκελο της προσφοράς τους.

Β. Ειδικό όροι-απαιτήσεις:

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη συναρμολόγηση των επιμέρους μερών του υπό προμήθεια συστήματος, στην εγκατάστασή του και στην πλήρη εκπαίδευση των χειριστών της Αναθέτουσας Αρχής (που θα του υποδειχθούν) σε όλες τις λειτουργίες του προσφερόμενου εξοπλισμού, ανεξαρτήτως του απαιτούμενου χρόνου αυτής και εντός του ωραρίου εργασίας του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ.
- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει σχετικό έγγραφο από τον κατασκευαστή ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος καλής λειτουργίας του οργάνου πριν την τελική παράδοση στο εργαστήριο της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) και προς τεκμηρίωση να υποβληθεί στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων σχετικό έγγραφο από τον κατασκευαστή του προσφερόμενου εξοπλισμού περί ελέγχου καλής λειτουργίας του.
- Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού και των σχετικών υπηρεσιών από την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ).
- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αναλώσιμα και τεχνική υποστήριξη για τουλάχιστον επτά (7) έτη από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού και των σχετικών υπηρεσιών.
- Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούριος, αμεταχειριστος και σε άριστη κατάσταση και να προσκομισθεί η σχετική βεβαίωση με την παράδοσή του στην Αναθέτουσα Αρχή(ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ).
- Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της ζητούμενης ποσότητας του συνόλου του ως άνω εξοπλισμού και των σχετικών υπηρεσιών από την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ).
- Τα έξοδα αποστολής/μεταφοράς του υπό προμήθεια εξοπλισμού και κάθε είδους σχετική με την υλοποίηση της παρούσας δαπάνη βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων.

Γ. Τόπος και χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού:

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός με τις σχετικές υπηρεσίες (εγκατάσταση, εκπαίδευση) θα πρέπει να παραδοθούν και να υλοποιηθούν αντίστοιχα εντός οκτώ (8) εβδομάδων από την ανάθεση της παρούσας ή την υπογραφή της υπό σύναψη σύμβασης στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης {4ο χλμ. Πτολεμαΐδας-Μποδοσάκειου Νοσοκομείου (Περιοχή Κουρί) ΤΚ 50200} και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού και των τεχνικών χαρακτηριστικών του με τις σχετικές υπηρεσίες και υποβολή των απαιτούμενων τεχνικών φυλλαδίων και των απαιτούμενων εγγράφων τεχνικής φύσης ώστε να προκύπτει η συμμόρφωση με την παρούσα τεχνική περιγραφή.
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ.
- Περιγραφή για το χρόνο και τρόπο παράδοσης του προσφερόμενου εξοπλισμού και των σχετικών υπηρεσιών.
- Τα αποδεικτικά έγγραφα προς τεκμηρίωση των κριτηρίων επιλογής κατά τα ανωτέρω.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης, Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Α.Φ.Μ.: 099785242, Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης

E-mail: certh@certh.gr, τηλ. 2310 498100

Το ΕΚΕΤΑ ως Αναθέτουσα Αρχή και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην οικονομική προσφορά και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της προσφοράς, η ανάθεση της προμήθειας, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη

Επιτροπών Αξιολόγησης, και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες-προσφέροντες, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας τους, σύμφωνα με τον νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με τη σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Έχει, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

VII. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε/μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή ή αν θέλετε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής στο dpo@certh.gr.