

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια συστήματος περιστροφικής εξάτμισης»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια συστήματος περιστροφικής εξάτμισης»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **επτά χιλιάδες επτακόσια ευρώ (7.700,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια συστήματος περιστροφικής εξάτμισης»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 2:00 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cpet@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Εργαστήρια Μεγάλου Ύψους Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Γραμματεία ΙΔΕΠ

Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο υποψήφιος/προσφέρων κατά την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται να προσκομίσει:
α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και παρ. 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.)

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

- i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹
β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο,
γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,
ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
β) Κράτηση 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και με το ν. 4912/2022). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Νταγκονίκου Βασιλική τηλ. +30 2310 498368, email: dagonik@certh.gr και Χρυσικού Λουκία τηλ. +30 2310 498374, email: loukia@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

κ. Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «Προηγμένα εναλλακτικά καύσιμα χερσαίων και εναέριων μεταφορών από την αξιοποίηση υπολειμματικών λιπιδίων» - «Lipid4fuel», με κωδικό ΤΑΕΔΚ-00001 και κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5149205 (DIA.012056), το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ», δυνάμει της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2108/23.05.2022 με θέμα «2η Τροποποίηση της Εγκριτικής Απόφασης χορήγησης ενισχύσεων στη Δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ -Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 από το Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Προσθήκη εννέα (9) νέων έργων)», πρόκειται να προμηθευτεί τον παρακάτω εξοπλισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

Γενική Περιγραφή: Σύστημα περιστροφικής εξάτμισης

CPV: 38436200-2

Περιγραφή Εξοπλισμού – Τεχνικές προδιαγραφές	Ποσότητα (τεμάχια)
Σύστημα Περιστροφικής Εξάτμισης το οποίο θα πρέπει να αποτελείται από περιστροφικό εξατμιστήρα, ρυθμιστή και λουτρό, με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: <u>Περιστροφικός Εξατμιστήρας</u> • Διαστάσεις συσκευής: 607 x 429 x 947mm (W*D*H) • Θα πρέπει να διαθέτει πλήρη προστασία από υπερθέρμανση • Ηλεκτρονικό σύστημα ανύψωσης του μπράτσου της φιάλης εξάτμισης και του συμπυκνωτή • Ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφής της φιάλης εξάτμισης: 10-280 rpm • Θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα αφρισμού που θα αποτρέπει τον αφρισμό του δείγματος εντός του συμπυκνωτή. Ο αφρός θα πρέπει να μειώνεται με ένα σύντομο εξαερισμό-εκτόνωση • Η συσκευή περιστροφικής εξάτμισης θα πρέπει να συνοδεύεται από: α. κάθετο ψυκτήρα με αντιθραυστικό κάλυμμα (P+G) με μέγιστη επιφάνεια ψύξης 1500cm² β. μία φιάλη συλλογής των 1000ml με αντιθραυστικό κάλυμμα (P+G) γ. μία φιάλη εξάτμισης των 1000ml (P+G) η οποία να μπορεί να εισέλθει στο μέσο θέρμανσης υπό γωνία 10 - 50 μοιρών • Η τελική θέση του συστήματος θα πρέπει να καθορίζεται από κουμπί, σε ένα εύρος 170 mm έτσι ώστε να αποτρέπεται το σπάσιμο των γυαλικών και οι ζημιές στο λουτρό θέρμανσης • Θα πρέπει να διαθέτει ειδικό προσαρμογέα έτσι ώστε να τοποθετείται και να απομακρύνεται η φιάλη εξάτμισης εύκολα, με το ένα χέρι • Θα πρέπει να μπορεί να δεχθεί αισθητήρα αυτόματης απόσταξης, ο οποίος να μπορεί να υπολογίζει την ιδανική θερμοκρασιακή διαφορά	1

μεταξύ του λουτρού, του ατμού και του συμπυκνωτή και να ρυθμίζει το κενό αναλόγως για μέγιστη απόδοση της διεργασίας της απόσταξης

Ρυθμιστής

- Θα πρέπει να μπορεί να ελέγχει την ταχύτητα περιστροφής της φιάλης εξάτμισης, τη θερμοκρασία του λουτρού, το κενό που παράγει η αντλία κενού, το χρόνο της διαδικασίας της απόσταξης
- Θα πρέπει να μπορεί να σταματά η διεργασία όταν περάσει κάποιος συγκεκριμένος χρόνος
- Θα πρέπει να διαθέτει ευκρινή έγχρωμη ψηφιακή οθόνη αφής (7 ιντσών) και περιστροφικό κουμπί/πλήκτρο για τον έλεγχο των παραμέτρων
- Εύρος μέτρησης πίεσης: 1300-0mbar (hPa) και ακρίβεια μέτρησης: ± 2 mbar
- Θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα εξαέρωσης η οποία να ανοίγει όταν υπάρχει πρόβλημα στην τροφοδοσία και να προστατεύει το σύστημα από υπέρβαση της επιτρεπόμενης πίεσης
- Θα πρέπει να διαθέτει βιβλιοθήκη με καταχωρημένους διαλύτες και να επιτρέπει την εγκατάσταση βιβλιοθήκης διαλυτών με έως και 60 διαλύτες
- Έλεγχος του συστήματος ανύψωσης της φιάλης εξάτμισης, της περιστροφής, της θερμοκρασίας του λουτρού, της αντλίας κενού και του κυκλοφορητή νερού
- Θα πρέπει να επιτρέπει την εμφάνιση γραφημάτων για όλες τις διεργασίες σε smartphones και tablet -IOS & Android
- Ένα σύνολο δεδομένων θα πρέπει να μπορεί να εξαχθεί σε μια κάρτα SD για περαιτέρω ανάλυση και διερεύνηση
- Δυνατότητα αυτόματης απόσταξης με προκαθορισμένα στάδια από το σύστημα με επιλεγμένους χρόνους και παραμέτρους και με τη χρήση του προαιρετικού αισθητήρα Auto Dest
- Θα πρέπει να μπορεί να ανιχνεύσει αν υπάρχει αφρός με τη χρήση του κατάλληλου αισθητήρα
- Θα πρέπει να διαθέτει βιβλιοθήκη η οποία να περιέχει τους πιο συνηθισμένους διαλύτες
- Όλες οι διεργασίες θα πρέπει να παρουσιάζονται γραφικά για να διευκολύνουν την επίβλεψη της απόσταξης

Λουτρό

- Θα πρέπει να διαθέτει υδατόλουτρο μεγάλης αντοχής με όγκο 5.5 Lt και εύρος θερμοκρασίας υδατόλουτρου 20°C -220°C
- Η ακρίβεια ρύθμισης της θερμοκρασίας του λουτρού θα πρέπει να είναι $\pm 1^\circ\text{C}$
- Μέγιστο μέγεθος φιάλης εξάτμισης: 5000ml και θερμαντικό μέσο: νερό ή λάδι
- Ευκρινή ψηφιακή οθόνη για ένδειξη της θερμοκρασίας του υδατόλουτρου, της ταχύτητας περιστροφής της φιάλης και της θέσης του μοχλού ανύψωσης

• Η επιλογή της θερμοκρασίας του υδατόλουτρου θα πρέπει να γίνεται με περιστρεφόμενο κουμπί, το οποίο να κλειδώνει τη θερμοκρασία και να μην επιτρέπει την άμεση αλλαγή της, ώστε να αποκλείεται η αλλαγή της θερμοκρασίας από τυχαία κίνηση του χεριού του χρήστη • Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής εγκατάστασης προστατευτικού καλύμματος στο λουτρό με ειδικό σχήμα	
---	--

Γενικές απαιτήσεις

- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένη υπηρεσία υποστήριξης (SERVICE) με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του υπό προμήθεια εξοπλισμού (συστήματος). Να προσκομιστεί με την προσφορά των υποψηφίων σχετικό πιστοποιητικό εκπαίδευσης (από τον κατασκευαστικό οίκο του προσφερόμενου εξοπλισμού) του σχετικού προσωπικού τους καθώς και σχετικές πληροφορίες ως προς την τεκμηρίωση της σχετικής απαίτησης.
- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει τον υπό προμήθεια εξοπλισμό και να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής που θα του υποδειχθεί.
- Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από βιβλίο οδηγιών στα Ελληνικά το οποίο θα δοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την παράδοση του εξοπλισμού.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί και να παρασχεθούν οι σχετικές υπηρεσίες (εγκατάσταση, εκπαίδευση) το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη). Τα έξοδα αποστολής του υπό προμήθεια εξοπλισμού βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και σε άριστη κατάσταση και να προσκομισθεί σχετική βεβαίωση με το φάκελο της προσφοράς των υποψηφίων.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή του ζητούμενου εξοπλισμού και των σχετικών υπηρεσιών της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού και των τεχνικών χαρακτηριστικών του, σύμφωνα με την παραπάνω τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές
- Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς με ΦΠΑ (για το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού και των σχετικών υπηρεσιών)
- Περιγραφή για το χρόνο και τρόπο παράδοσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού
- Περιγραφή προσφερόμενης εγγύησης για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό

- Τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, όπως κατά περίπτωση απαιτείται κατά τα ανωτέρω

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης, Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Α.Φ.Μ.: 099785242, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης

E-mail: certh@certh.gr, τηλ. 2310 498100

Το ΕΚΕΤΑ ως Αναθέτουσα Αρχή και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην οικονομική προσφορά και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της προσφοράς, η ανάθεση της προμήθειας, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη

Επιτροπών Αξιολόγησης, και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες-προσφέροντες, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας τους, σύμφωνα με τον νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με τη σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Έχει, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

VII. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε/μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή ή αν θέλετε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής στο dpo@certh.gr.